



**EDITAL DE LICITAÇÃO
PARTE A – PREÂMBULO**

I. Regência legal:		
Lei Federal nº 10.520, de julho de 2002, Lei Municipal nº 2.593/05, Lei Complementar nº123/06 de 14 de dezembro de 2009, Decreto Municipal nº 8.833/13, Lei Estadual nº 9.433/05, Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.		
II. Repartição interessada:		
Fundação Hospitalar de Feira de Santana – (Complexo Materno Infantil da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, do Centro Municipal de Diagnostico por Imagem e do Centro Municipal de Prevenção do Câncer.		
III. Número de ordem:	IV. Licitação nº:	
Pregão Presencial	nº007-2016	008-2016
V. Finalidade da licitação/objeto: Aquisição de Material de consumo Hospitalar para atender as unidades pertencentes à Fundação Hospitalar de Ferira de Santana.		
VI. Tipo de licitação:		
<input type="checkbox"/> Por item Menor Preço <input checked="" type="checkbox"/> Por lote <input type="checkbox"/> Global		
VII. Forma de fornecimento:	VIII. Prazo de entrega do objeto	
Aquisição <input type="checkbox"/> Única	(X) 12 (doze) meses admitindo-se prorrogação nos termos do Art. 141 e 142 da Lei Estadual 9.433/03 Conforme O EDITAL	
<input checked="" type="checkbox"/> Parcelado – período de 12 (doze) meses conforme cronograma do setor de Almoxarifado	(X)	
IX. Local, data e horário para início da sessão pública da licitação:		
Endereço: Rua da Barra, 705 – Jardim Cruzeiro – Feira de Santana-BA		
Data: 04 de abril de 2016	Horário: 8h30min	
X. Dotação orçamentária:		
1123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA.	2.076 – ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA	3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS. FONTE 02
XI. Patrimônio líquido mínimo necessário:		
XII. Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este edital:		
Pregoeiro e portaria de designação:	Maria Aparecida Alves Baltar, Decreto nº 8.833 de 10 de janeiro, de 2013.	
Endereço: Rua da Barra, 705 – Jardim Cruzeiro – Feira de Santana-BA		
Horário:	Tel/Fax 75-3602-7107/7108	E-mail: licitacao@fhfs.ba.gov.br

1. OBJETO

- 1.1. A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no **item V do preâmbulo**, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no **Anexo I e II** deste Edital.
- 1.2. O prazo de entrega dos bens, a contar da data assinatura do contrato, está indicado no **item IX do preâmbulo**, admitindo-se a sua prorrogação nos termos dos art. 141 e 142 da Lei Estadual 9.433/05.
- 1.3. O tipo da licitação está indicado no **item VI do preâmbulo**.
- 1.4. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de contrato constante do **Anexo V** deste Edital.
- 1.5. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
- 1.6. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária especificada no **item X do preâmbulo**.

2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 2.1. Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
- 2.2. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia/SAEB, deverá conter a codificação especificada do objeto solicitado.
- 2.3. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/95.
- 2.4. Em consonância com o art. 200 da Lei Estadual nº 9.433/95, fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
- 2.5. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual nº 9.433/95.

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO

- 3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Estadual nº 9.433/05 e das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, no que for pertinente.

4. CREDENCIAMENTO

- 4.1. Reputa-se credenciada junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.

- 4.2. O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores.
- 4.3. O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do **ANEXO III**, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
- 4.4. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.
- 4.5. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.
- 4.6. As microempresas (ME) e Empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar também declaração de que atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para que possam fazer jus aos benefícios previstos na referida lei, bem como que, inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta situação. A declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e pelo contador. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de setembro de 2006, poderá concretizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. QUANTO À FORMA E VALIDADE

- 5.1.1. Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, endereçados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso à razão social da empresa, os **Itens de II a V do preâmbulo**, além da expressão, conforme o caso Envelope **A – Proposta de Preços**, ou Envelope **B – Habilitação**.
- 5.1.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
- 5.1.3. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.
- 5.1.4. À opção do licitante, o Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia/SAEB. **Junto com o extrato** e comprovação de regularidade dentro de seu prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à **Habilitação Jurídica**, à **Regularidade Fiscal**, à **Qualificação Econômico-Financeira**, desde que colocado junto aos demais documentos de habilitação, ficando esclarecido que, caso exista algum documento vencido, bem como o licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido documento junto com os demais documentos de habilitação.
- 5.1.5. Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como à validade dos documentos cadastrais, por meio de consulta “*on-line*” ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado da Bahia na SAEB, que será impresso sob forma de extrato do cadastrado.
- 5.1.6. As certidões extraídas pela *internet* somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

5.2. PROPOSTA DE PREÇOS

- 5.2.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do **Anexo I**, em consonância com o modelo do **Anexo II**, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas decimais ficando esclarecido que não serão admitidas proposta alternativa.
- 5.2.2. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último.
- 5.2.3. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação; inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
- 5.2.4. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de pagamento parcelado, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
- 5.2.5. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no **item IX do preâmbulo** para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
- 5.2.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
- 5.2.7. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos.
- 5.2.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
- 5.2.9. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

5.3. HABILITAÇÃO

5.3.1. A **Habilitação Jurídica** será comprovada mediante a apresentação:

- a) De registro público, no caso de empresário individual;
- b) Em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados quando for o caso dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores;
- c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;

- d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3.2. A **Regularidade Fiscal** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
- e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação da leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452. de 1º de maio de 1993. (NR).

5.3.3. A **Qualificação Técnica** será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

- a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

5.3.4. A **Qualificação Econômico-Financeira** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial;
- b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação prevista no **item IX do preâmbulo**, caso o documento não consigne prazo de validade;

5.3.5. **Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor**, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do **Anexo IV** deste Edital.

6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

6.1. FASE INICIAL

- 6.1.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no **item IX do preâmbulo**, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

- 6.1.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a **Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação**, conforme o modelo constante do **Anexo VI**, o **Envelope A - Propostas de Preços**, e o **Envelope B – Habilitação**.
- 6.1.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos **Envelopes A e B**, com a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
- 6.1.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
- 6.1.5. O pregoeiro procederá à abertura dos **Envelopes A**, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.
- 6.1.6. O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.
- 6.1.7. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
- 6.1.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
- 6.1.9. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
- 6.1.10. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
- 6.1.11. Se a participante do certame for, ME ou EPP, devidamente comprovado, a documentação de regularidade fiscal poderá ser regularizada após ser declarada vencedora, para homologação e posterior contratação conforme estabelece a lei complementar 123/206 c/c Decreto Municipal 7.583/08.
- 6.1.12. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data da homologação do certame, promover a sua regularização com a apresentação dos documentos exigidos no Edital.

6.2. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

- 6.2.1. Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
- 6.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente registrado.
- 6.2.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- 6.2.4. **Caso não se realize lance verbal será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.**

- 6.2.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 6.2.6. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação.
- 6.2.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
- 6.2.8. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
- 6.2.9. Caso não se realize lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a ser desclassificada ou ainda, inabilitado, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios anteriormente definidos neste Edital.
- 6.2.10. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
- 6.2.11. A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
- 6.2.12. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.

7. RECURSOS

- 7.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
- 7.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.
- 7.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação, serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
- 7.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso.
- 7.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 8.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
- 8.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatados a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
- 8.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

9. CONTRATAÇÃO

- 9.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato no prazo constante do anexo V no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 da Lei Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
- 9.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.
- 9.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
- 9.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
- 9.5. As contratadas ficarão obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05.
- 9.6. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
- 9.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
- 9.8. A contratação terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, admitida à prorrogação nos termos do art.141 e 142 da lei Estadual 9.433/05.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 10.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
- 10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
- 10.3. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geologia e Estatística) *pro rata tempore*.

11. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

- 11.1 Os preços são fixos e irremovíveis.

12. FORMA DE FORNECIMENTO

- 12.1. O prazo de entrega dos bens, a contar da data assinatura do contrato é de 12(doze) meses. Admitindo-se a sua prorrogação nos termos dos Art. 141 e 142 da lei Estadual 9.433/05;
- 12.2. A forma de fornecimento do presente contrato será o de parcelada, conforme vigência do contrato; e deverá ser entregue, através de cronograma de fornecimento devidamente assinado pelo

coordenador do setor do almoxarifado do HIPS e encaminhado à empresa com um prazo de 10 dias do recebimento do objeto.

- 12.3. As notas fiscais deverão estar de acordo com os produtos entregues;
- 12.4. Só serão recebidos os produtos conforme especificações do anexo I e II do Edital;
- 12.5. As entregas só poderão ser feitas de segunda a Sexta Feira, das 08h00min às 17h00, com o controle do Setor de Almoxarifado do HIPS – Hospital Inácia Pinto dos Santos.

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:

- a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
- b) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando for o caso;
- c) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
- d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
- e) Promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
- f) Esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;
- g) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
- h) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- i) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embarçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
- j) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.

12.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

13. PENALIDADES

13.1. Em caso de inexecução e/ou atraso no fornecimento do objeto licitado, a critério da Administração, estará sujeito o licitante, sem prejuízo das responsabilidades civil e/ou criminal aplicáveis, as seguintes penalidades:

- a) Advertência verbal;
- b) Advertência por escrito;

13.2 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

13.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato.

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

13.4. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades não sendo prejudiciais a administração Pública e andamento dos serviços.

13.5. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

13.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

14.7. Não tendo sido prestada garantia à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

13.8. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

13.9. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei 9.433/05.

13.10. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei. 9.433/05

13.11. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, por prazo não superior a 02(dois) anos.

13.12. Para a aplicação das penalidades previstas serão, levados em conta à natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

14. RESCISÃO

15.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 9.433/05.

15.2. A rescisão poderá ser determinada, por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.

15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa da contratada, será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 168 do mesmo diploma.

16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05.

17. IMPUGNAÇÕES

- 17.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.
- 17.2. A petição de recurso deverá ser protocolada dentro do prazo previsto no item 17.1 - no horário das 08:00 (oito) às 17:00 (dezesete) horas, no Setor de Licitação, da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, sita à Rua da Barra, 705, Jardim Cruzeiro – Feira de Santana-BA, mediante carimbo ou recibo de protocolo assinado por procurador devidamente habilitado
- 17.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 18.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 18.2. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao registro de suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
- 18.3. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
- 18.4. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser prestados pelo pregoeiro, no local e horário indicados no **item XII do preâmbulo** e no portal www.feiradesantana.ba.gov.br.
- 18.5. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.
- 18.6. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 18.7. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:

- I. **Especificações do Objeto;**
- II. **Modelo de Proposta de Preços;**
- III. **Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;**
- IV. **Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;**
- V. **Minuta de Contrato;**
- VI. **Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.**
- VII. **Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;**
- VIII. **Modelo de Declaração de Superveniência.**
- IX. **Declaração de inexistência de servidor público/empregado público.**

Feira de Santana, 24 de fevereiro de 2016.

Maria Aparecida Alves Baltar
Pregoeira

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 007-2016
---	--------------------

I-1. Aquisição de Material de Consumo Hospitalar para atender as unidades pertencentes a Fundação Hospitalar de Feira de Santana.

Ordem	Descrição	Unidade	Qty
LOTE 01			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO DE USO HOSPITALAR 10 X 35 CM DE MATERIAL POLIMÉRICO E COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL P/INCONTINÊNCIA EMBALADA EM PCT C/20 EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	10.000
LOTE 02			
2	ATADURA, DE CREPOM, TIPO I, CONFECCIONADA COM FIOS DE ALGODAO E FIBRAS MISTAS, DIMENSOES DE 12CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 26,0 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NAO ESTERIL, ATOXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGIVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DE FIOS POR CM, COMPOSICAO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E NUMERO DE INSCRICAO, NUMERO DE INSENCAO DO REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUCAO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO , PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056. (UNIDADE COM 12)	DZ	300
3	ATADURA, DE CREPOM, TIPO I, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE 30CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 64,3 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DE FIOS POR CM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E NUMERO DE INSCRIÇÃO, NUMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056. (UNIDADE COM 12)	DZ	250
4	COMPRESSA, DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, 100 % ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS, 13 FIOS POR CM2, INODORA, INSIPIDA, ALVEJADA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, GORDURA, CORANTE E COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGEM: PACOTE COM 500 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	4.500
5	COMPRESSA, CAMPO OPERATÓRIO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ISENTA DE IMPUREZAS, AUSENTE DE AMIDO E DEXTRINA, DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE ALÇA UNIDA AO SEU CORPO, COM ELEMENTO RADIOPACO FIXADO NO SEU CORPO, DISPOSTA EM 04 CAMADAS FIXAS ENTRE SI, BORDAS EMBAINHADAS, NAS DIMENSÕES 45 CM X 50CM SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO. SEGUIR NBR 14767. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA PACOTE COM 50 UNIDADES. (OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR AMOSTRA NO HIPS PARA TESTE DO MESMO)	PCT	5.000

LOTE 03

6	ALGODÃO HIDRÓFILO ISENTO DE IMPUREZAS INODORO, INSÍPIDO ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO DE BOA ABSORÇÃO ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO PCT C/500 GR, COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	2.300
7	ESPARADRAPO 10 X 4,5 IMPERMEAVÉL NA COR BRANCA CONFECCIONADO EM TECIDO APROPIADO DE ALGODÃO COM BOA ADERÊNCIA E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS C/CAPA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	3.000

LOTE 04

8	ACIDO ACÉTICO A 5%. EMBALAGEM COM 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	96
9	ACIDO ACÉTICO A 2%. EMBALAGEM COM 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	96

LOTE 05

10	AGULHA, (ESPECÍFICA PARA OBESOS), PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 18G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32 E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	200
11	AGULHA, (ESPECÍFICA PARA OBESOS), PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 17G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32 E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	200

12	<p>AGULHA, PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 17G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32 E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p>	UN	400
13	<p>AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 25 G X 3 1/2 POLEGADAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, COM BISELE TIPO "WHITACRE", ISENTA DE CORTE, TRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, COM ORIFÍCIO LATERAL, CÂNULA LUER LOK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO QUE GARANTA CONEXÃO SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E/OU BLISTER RÍGIDO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, ORIGEM, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, CATEGORIA DO PRODUTO, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	UN	2.500
14	<p>AGULHA, (ESPECÍFICA PARA OBESOS), PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 27 G X 4 ¼ (TAM. 0,42 X 120MM) POLEGADAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, COM BISELE TIPO "WHITACRE", ISENTA DE CORTE, TRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, COM ORIFÍCIO LATERAL, CÂNULA LUER LOK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO QUE GARANTA CONEXÃO SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E/OU BLISTER RÍGIDO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, ORIGEM, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, CATEGORIA DO PRODUTO, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UN	300
15	<p>AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 26 G X 3 1/2 POLEGADAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, COM BISEL TIPO "WHITACRE", ISENTA DE CORTE, TRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, COM ORIFÍCIO LATERAL, CÂNULA LUER LOK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO QUE GARANTA CONEXÃO SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E/OU BLISTER RÍGIDO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, ORIGEM, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, CATEGORIA DO PRODUTO, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	UN	4.000

16	AGULHA, PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 18G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32 E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	550
----	--	----	-----

LOTE 06

17	AGUA, OXIGENADA, 10 VOLUMES. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	240
18	ALCOOL IODADO 0,1 C/1000M EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMPA LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	LT	700
19	ALCOOL COMERCIAL 92,8% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMPA LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	900
20	ALCOOL GEL A 70% ANTI- SEPTICO C/500G PARA USO HOSPITALAR E FARMACÉUTICO EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMPA LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	3.000
21	ALCOOL A 70% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMPA LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	10.000
22	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMPA LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	1.400
23	AGUA DEONIZADA GALÃO C/5.000ML, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE REFORÇADA, LACRADA EMBALADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (MATERIAIS EXCLUSIVOS PARA O LABORATÓRIO DO HIPS).	GL	600
24	AGUA, PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 1000ML , FRASCO PLÁSTICO , COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	AMP	3.000

LOTE 07

25	LUGOL 5% EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	120
26	BALSÁMO DO CANADÁ (SINTÉTICO PARA MICROSCOPIA) CAS (8007 – 47 – 4) 1.000 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	50
27	BAC SWAB (PCT C/100 UNID) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	40

LOTE 08

28	AGULHA DE BIOPSIA	UN	50
----	-------------------	----	----

LOTE 09

29	<p>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA LINEAR SEGUINDO AS NORMAS TECNICAS (ABNT) IEC 60601-2-24 EQUIPO, DE BOMBA DE INFUSÃO PARA SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR OU SHUTTLE, PARA NEONATOLOGIA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EM PVC, COM PONTA PERFURANTE, TRI FACETADA, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO PARA FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO SEGURA, COM ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA DE 0,22 MICRA, COM TAMPA PROTETORA, LOCALIZADA ACIMA DA CÂMARA DE GOTEJAMENTO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO DE MATERIAL TRANSLUCIDO, MALEÁVEL, COM FILTRO DE 15 MICRA (PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULA. TUBO EXTENSOR EM PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80M. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, LIVRE DE LÁTEX, QUE PERMITA MÚLTIPLAS INJEÇÕES DE DROGAS. REGULADOR DE FLUXO (PINÇA ROLETE) PARA AJUSTE DE INFUSÃO DE ZERO A MÁXIMO. PROTETOR DE EXTREMIDADE QUE MANTEM O SISTEMA FECHADO NO PREPARO, EXTREMIDADE COM SISTEMA LUER MACHO (ROSQUEAMENTO) DE FÁCIL REMOÇÃO E PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO CONECTOR; DE ACORDO COM AS NBR 14168/10333-1/10333-2. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU EMBALAGEM QUE ATENDA A RDC 185/2001, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CX C/ 100 UNIDADES) (COMODATO). (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO PARECER DE TESTE EMITIDO POR ESTA INSTITUIÇÃO / F.H.F.S) (APRESENTAR 70 BOMBAS PARA INSTITUIÇÃO /COMODATO).</p>	UN	7.000
30	<p>EQUIPO FOTOSSENSÍVEL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO, PARA SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR OU SHUTTLE, MACRO GOTAS, ESTÉRIL, FOTOSSENSÍVEL, NA COR ÂMBAR, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EM PVC, COM PONTA PERFURANTE, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO PARA FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO SEGURA, COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO DE 0,22 MÍCRON, COM TAMPA PROTETORA, LOCALIZADA ACIMA DA CÂMARA DE GOTEJAMENTO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO DE MATERIAL TRANSLUCIDO, MALEÁVEL. O EQUIPO DEVE POSSUIR FILTRO DE 15 MICRA (PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS). TUBO EXTENSOR EM PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80M. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, LIVRE DE LÁTEX, QUE PERMITA MÚLTIPLAS INJEÇÕES DE DROGAS. REGULADOR DE FLUXO (PINÇA ROLETE) PARA AJUSTE DE INFUSÃO DE ZERO A MÁXIMO. PROTETOR DE EXTREMIDADE QUE MANTEM O SISTEMA FECHADO NO PREPARO, EXTREMIDADE COM SISTEMA LUER LOCK MACHO (ROSQUEAMENTO) DE FÁCIL REMOÇÃO E PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO CONECTOR; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU EMBALAGEM QUE ATENDA A RDC 185/2001, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPO EMBALAGEM FOTOSSENSÍVEL QUE PROTEJA O FRASCO DE SORO.</p>	UN	1.800
31	<p>EXTENSOR, PARA EQUIPO, PARA USO EM BOMBAS DE SERINGA, TUBO EM PVC DE DIÂMETRO REDUZIDO, COMPRIMENTO DE 120 CM, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE ± 2,0 ML, TERMINAÇÃO LUER FEMEA NUMA EXTREMIDADE E LUER MACHO COM ROSCA (LUER-LUCK) NA OUTRA, TAMPAS PROTETORAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO, EM PORTUGUÊS: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, MODO DE USAR, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, COMPOSIÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, CATEGORIA DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA PRÉVIA DO PARECER E TESTE EMITIDO PELO COORDENADOR DO SETOR QUAL FARÁ USO DO ÍTEM, AGENDANDO HORA E DATA COM O COORDENADOR DO SETOR UTI-NEO / H.I.P.S, SENDO RESULTADO ESTE POSITIVO PARA TAL ÍTEM E VALIDADA POR ESTA INSTITUIÇÃO / F.H.F.S. CONTUDO, DEVERÁ O FORNECEDOR ATENDER AOS CRITÉRIOS ACIMA CITADOS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME DO ÍTEM EM QUESTÃO.</p>	UN	2.500

LOTE 10

32	<p>CATETER NASAL PARA OXIGENIO (TIPO ÓCULOS) (SEGUE ANEXO PESQUISAS DO DISCRITIVO E/OU PRODUTO) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	4.500
----	---	----	-------

33	CATETER OXIGÊNIO 12 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	30
34	CATETER OXIGÊNIO 10 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	50
35	CATETER OXIGÊNIO 08 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	50
36	CATETER OXIGÊNIO 06 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	60
37	CATETER OXIGÊNIO 04 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	50
38	SONDA FOLLY 10, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.CX C/10 UNID	PCT	20
39	SONDA FOLLY 8, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CX C/10 UNID	CX	20
40	SONDA FOLLY 6, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.CX C/10 UNID	CX	20
41	SONDA FOLLY 12, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.CX C/10 UNID	CX	900
42	SONDA URETRAL 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10
43	SONDA URETRAL 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10
44	SONDA URETRAL 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10
45	SONDA URETRAL 04 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10

46	SONDA RETAL 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10
47	SONDA RETAL 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10
48	SONDA RETAL 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10 UNID	PCT	20
49	SONDA RETAL 04 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	20
50	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	50
51	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID PCT	PCT	200
52	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	300
53	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM P.C., BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	400
54	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	500
55	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 04 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	60

56	SONDA NASOGASTRICA 12 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	30
57	SONDA NASOGASTRICA 10 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	300
58	SONDA NASOGASTRICA 08 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	300
59	SONDA NASOGASTRICA 06 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	700
60	SONDA NASOGASTRICA 04 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PCT C/10 UNID EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	70

LOTE 11

61	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 3,5, DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50
62	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 7,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	13

63	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 8,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	9
64	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 4,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50
65	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 3,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50
66	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 2,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	50
67	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 8,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	9
68	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 4,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50

69	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 7,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	13
70	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 6,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	5

LOTE 12

71	PRESERVATIVO COM LUBRIFICANTE- (ESPECIFICO P/ O CMPC) (CX C/144 UNID) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	60
72	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE- (CX C/144 UNID) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	300

LOTE 13

73	ENVELOPE, TESTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES 20 CM X 40 CM, COM FITA AUTO SELANTE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL POR CALOR ÚMIDO PCT C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	550
74	PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60 G/M² E DO FILME 54 G/M² DIMENSÃO 45 CM X 100 M, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLÍMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO QUE MUDAM DE COR APOS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE CONTER: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONFORME NBR 14990, REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE DE: RL (ROLO). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER UMA SELADORA EM FORMA DE COMODATO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LARGURA DA SOLDA (ÁREA DE SELAGEM) - 13 MM SELAGEM HORIZONTAL CONTROLE DE TEMPERATURA – 0° A 300° C ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN. COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9 POTÊNCIA 280 WATTS ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA) PESO LIQUIDO – 12,5 KG PESO BRUTO – 13 KG DIMENSÕES DA SELADORA – 385MM X 280MM X 170 MM DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490MM X 320MM X 220 MM, CONFORME A RESOLUÇÃO: RDC Nº 185/01.	RL	50

75	PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60 G/M ² E DO FILME 54 G/M ² , DIMENSÕES 10 CM X 100 M, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUCOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLIMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO QUE MUDAM DE COR APOS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME NBR 14990, REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: RL (ROLO). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER UMA SELADORA EM FORMA DE COMODATO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LARGURA DA SOLDA (ÁREA DE SELAGEM) - 13 MM SELAGEM HORIZONTAL CONTROLE DE TEMPERATURA – 0° A 300° C ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN. COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9 POTÊNCIA 280 WATTS ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA) PESO LIQUIDO – 12,5 KG PESO BRUTO – 13 KG DIMENSÕES DA SELADORA – 385MM X 280MM X 170 MM DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490MM X 320MM X 220 MM, CONFORME A RESOLUÇÃO: RDC Nº 185/01.	RL	85
76	ENVELOPE, TESTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES 30 CM X 50 CM, COM FITA AUTO SELANTE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL POR CALOR ÚMIDO PCT C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	500
77	ENVELOPE, TESTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES 15 CM X 27 CM, COM FITA AUTO SELANTE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL POR CALOR ÚMIDO PCT C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	600

LOTE 14

78	BOLSA, (BOLSA PÓS FIT FIX), COLETORA, PÓS, COM SISTEMA FECHADO, PARA ARMAZENAGEM E DESCARTE DE GRANDES VOLUMES DE SECREÇÃO, MAXIMO DE ATÉ DOIS LITROS, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO, COM SISTEMA ANTI-TRANSBORDAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO QUE PERMITA A FORMAÇÃO DE CIRCUITO INTEGRADO DE QUATRO BOLSAS. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. ROTULAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS KITS PARA O USO DAS BOLSAS EM SISTEMA DE COMODATO E OBDECENDO OS CRITÉRIOS SINALIZADOS NA ULTIMA PÁGINA DESTA.	UN	200
----	---	----	-----

79	<p>BOLSA, (BOLSA PRÉ FIT FIX), COLETORA, PRÉ, COM SISTEMA FECHADO, PARA ARMAZENAGEM E DESCARTE DE GRANDES VOLUMES DE SECREÇÃO, MÁXIMO DE ATÉ DOIS LITROS, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO, SEM SISTEMA ANTI-TRANSBORDAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO QUE PERMITA A FORMAÇÃO DE CIRCUITO INTEGRADO DE QUATRO BOLSAS. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. ROTULAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.</p> <p>OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS KITS PARA O USO DAS BOLSAS EM SISTEMA DE COMODATO E OBEDECENDO OS CRITÉRIOS SINALIZADOS NA ÚLTIMA PÁGINA DESTA. UNID 200</p>	UN	300
80	<p>BOLSA, (QIN POT), COLETORA SISTEMA FECHADO, DESCARTÁVEL, PARA ARMAZENAGEM E DESCARTE DE PEQUENOS VOLUMES DE SECREÇÃO (ATÉ 1 LITRO), EM FORMATO DE SACOLA, DOBRÁVEL, EM POLIETILENO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E FILTRO QUE IMPEDE A ENTRADA DE SECREÇÕES NA REDE DE VÁCUO, INDICADA PARA ENCAIXE EM DISPOSITIVO DE POLICARBONATO COM VACUÔMETRO INTEGRADO. EMBALAGEM: PRIMÁRIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO; A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. ROTULAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ROTULADA CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.</p> <p>OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS KITS PARA O USO DAS BOLSAS EM SISTEMA DE COMODATO E OBEDECENDO OS CRITÉRIOS SINALIZADOS NA ÚLTIMA PÁGINA DESTA.</p>	UN	600

LOTE 15

81	<p>PROTETOR DE CORPO PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL, USO ÚNICO COM MANGAS LONGAS E TRANSPARENTES PARA USO PELA EQUIPE MÉDICA. (COMPOSIÇÃO: FILME PLÁSTICOS DE POLIETILENO ESPECIAL ATÓXICO) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	120
----	---	----	-----

LOTE 16

82	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT, TECIDO NÃO TECIDO MANGA LONGA PCT C/10 UNID COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	PCT	10.000
83	<p>MÁSCARA, CIRÚRGICA, DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AGENTES BIOLÓGICOS, COM FILTRO P2 N. 95, EM MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALÉRGICO, AJUSTÁVEL AO CONTO FACIAL, COM PRENDEDORES EM MATERIAL ELÁSTICO NÃO DESAFIANTE. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	200
84	<p>PROPE DESCARTÁVEL BRANCO EM POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO PCT C/100 EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	CX	6.000
85	<p>MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA. SEMI-FACIAL COM FILTRO, 3 CAMADAS DE PROTEÇÃO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALÉRGICO, COM CLIPES NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONFORTO DO ROSTO PRODUZIDO EM ALUMÍNIO SUAVE E FLEXÍVEL, NÃO TRAUMATIZANTE INODORA, BORDAS BEM ACABADAS E QUE APRESENTEM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (E.F.B.), PARA PARTÍCULAS DE 1,0 MICRON, DE 95% C/ELÁSTICO, CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	CX	4.500

86	TOUCA BRANCA DESC., EM POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (PCT C/100 UNIDADES).	PCT	6.000
----	---	-----	-------

LOTE 17

87	SERINGA DE 1,0 ML COM AGULHA 10 X 4,5 CM OU 13 X 3,8 CM - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	35.000
88	AGULHA DESTACÁVEL 40 X 12 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. (CX C/ 100)	CX	2.000
89	AGULHA DESTACÁVEL 30 X 08 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	300
90	AGULHA DESTACÁVEL 30 X 07 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETAD AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	300
91	AGULHA DESTACÁVEL 25 X 08 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	200
92	AGULHA DESTACÁVEL 25 X 07 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	200
93	AGULHA DESTACÁVEL 20 X 0,55 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	100
94	AGULHA DESTACÁVEL 13 X 4,5 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	300

LOTE 18

95	SERINGA, DE 03 ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, TIPO KIT, PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM HEPARINA DE LÍCIO E CA++ BALANCEADOS NA MEDIDA CORRETA PARA RESULTADOS PRECISOS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE PERMITE QUE O AR RESIDUAL SEJA EXPELIDO DURANTE A COLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. EMBALAGEM COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	7.000
----	---	----	-------

LOTE 19

96	<p>SERINGA DE 1,0 ML COM AGULHA 10 X 4,5 CM OU 13 X 3,8 CM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, EM POLIPROPILENO, ISENTA DE LÁTEX, COM PROTEÇÃO E RETRAÇÃO MANUAL TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO APOS USO, COM TRAVA DE SEGURANÇA IMPOSSIBILITANDO O RETORNO DA AGULHA, EMOLO FIXADO AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO, DESTACÁVEL, CORPO CILÍNDRICA TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK OU LUER SLIP, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHA. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA A DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, ESTÉRIL E EPIROGÊNICA; CONFORME RDC 185/2001; O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU O PRÓPRIO PRODUTO DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO ANVISA/MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.</p>	UN	7.000
----	--	----	-------

LOTE 20

97	<p>SCALP 25 ESTÉRIL ATÓXICO E EPIROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	1.000
98	<p>SCALP 27 ESTÉRIL ATÓXICO E EPIROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	1.500
99	<p>SCALP 23 ESTÉRIL ATÓXICO E APIROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	1.500
100	<p>SCALP 21 ESTÉRIL ATÓXICO E APIROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	2.500
101	<p>SCALP 19 ESTÉRIL ATÓXICO E APIROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	2.500
102	<p>AGULHA JELCO 24 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMP. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	10.000
103	<p>AGULHA JELCO 22 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMP. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	6.000
104	<p>AGULHA JELCO 20 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMP. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	8.000
105	<p>AGULHA JELCO 18 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMP. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	UN	10.000

106	AGULHA JELCO 16 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMP. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.200
107	AGULHA JELCO 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMP. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	800

LOTE 21

108	ESPATULA DE AYRE CONFECCIONADO EM MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PÇ	200
109	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA (PCT C/100 UNIDADES) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	30
110	FITA MICROPORE CIRÚRGICA MOLDÁVEL A PELE E MICROSCOPICAMENTE POROSA, RECOBERTO DE ADESIVO ACRÍLICO, COM CAPA 50MMX10M. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	400
111	FITA ADESIVA HOSPITALAR EM PAPEL CREPADO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL 16MMX50M EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	2.200
112	FITA P/ AUTOCLAVE PARA PROCESSO DE ESTERILIZARÃO A VAPOR EM PAPEL CREPADO COM ADESIVO DE BORRACHA RESISTENTE AO VAPOR, 19MMX30M. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	600

LOTE 22

113	LUVA CIRÚRGICA 8,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL EM LÁTEX, NATURAL , TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PADRÃO HOSPITALAR DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA A ABERTURA EMBALADO INDIVIDUALMENTE , AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO , EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	PAR	35.000
114	LUVA CIRÚRGICA 7,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX, NATURAL , TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ASSÉPTICA , PADRÃO HOSPITALAR DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA A ABERTURA EMBALADO INDIVIDUALMENTE , AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PAR	35.000
115	LUVA CIRÚRGICA 7,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX, NATURAL, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ASSÉPTICA , PADRÃO HOSPITALAR DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA A ABERTURA EMBALADO INDIVIDUALMENTE , AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	PAR	25.000
116	LUVA LÁTEX P/PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO NÃO ESTÉRIL, NATURAL AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 26 CM COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, DOBRADA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR (CX C/1.000 UNID) CONTENDO EXTERNAMENTE EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	CX	1.500

LOTE 23

117	IODOPOVIDONA, (POVIDINE DEGERMANTE), SOLUÇÃO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO, EMBALAGEM COM 1000ML. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	50
118	IODOPOVIDONA, (POVIDINE TÓPICO A 10%), SOLUÇÃO AQUOSA 10MG/ML EM IODO EMBALAGEM; FRASCO COM 01 LITRO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	100

LOTE 24

119	TUBO, DE DURHAN, EM VIDRO BOROSILICATO NEUTRO, DIMENSÕES DE 5 MM(DIÂMETRO) X 32 MM(COMPIMENTO). EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	1.500
120	TUBO CAPILAR PARA MICRO HEMATÓCRITO, SEM HEPARINA. EMBALAGEM: CAIXA COM 500 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	60
121	TUBO, DE ENSAIO, PARA CULTURA, EM VIDRO BOROSILICATO, AUTOLAVÁVEL, DIMENSÕES 13 MM (DIÂMETRO) X 100 MM (COMPIMENTO), PAREDE REFORÇADA, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO, COM TAMPA, COM BORDA SALIENTE. EMBALAGEM COM CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTENDO Nº DE LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	UN	900
122	TUBO, DE ENSAIO, EM VIDRO, DIMENSÕES DE 12 MM X 100MM, CAPACIDADE PARA 10ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	700
123	TUBO, DE ENSAIO, EM VIDRO, DE 12 X 75 MM, CAPACIDADE PARA 5 ML. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	2.500

LOTE 25

124	PULSEIRA, PARA IDENTIFICAÇÃO, DE ADULTO, EM PLÁSTICO BRANCO, POROSO PARA ESCRITA COM ESFEROGRÁFICA, BORDAS ATRAUMÁTICAS E LACRE GRADUADO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	6.000
-----	--	----	-------

LOTE 26

125	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIA ATÓXICA COM CAPA DE TELA POLIMÉRICA NÚCLEO ABSORVENTE COM A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POUPA DE CELULOSE VIRGEM, COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/08	PCT	10.000
126	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO ATÓXICA COM CAPA DE TELA POLIMÉRICA NÚCLEO ABSORVENTE COM A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POUPA DE CELULOSE VIRGEM, COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10	PCT	12.000
127	FRALDA DESCARTÁVEL P/RN TAMANHO PEQUENO ATÓXICA COM CAPA DE TELA POLIMÉRICA NÚCLEO ABSORVENTE COM A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POUPA DE CELULOSE VIRGEM, COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/12	PCT	11.000

LOTE 27

128	FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIFÉRICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, HIPOALÉRGICO, COMPOSTO POR DORSO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, ADESIVO ACRÍLICO E LINEAR DE PAPEL SILICONIZADO 1 FIXADOR 50MM X 74MM 2 FITAS PARA FIXAÇÃO 74MM X 12MM CADA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 50 UNIDS)	CX	200
129	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, DUPLO LÚMEN, CALIBRE 3FR X 13CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO, DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL QUE PERMITA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL E MONITORIZAÇÃO SIMULTÂNEA EM DISTINTOS LUMENS, NÃO GERANDO OCLUSÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE MEDICAMENTOS, DE ALTO FLUXO, COM SAÍDAS SITUADAS EM DEFERENTES PONTOS DO CATETER, EM POLIURETANO, TOTALMENTE RADIOPACO, COM GRADUAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS, PONTA MACIA COM DESIGN EM FORMATO DE CONE, INSERÇÃO POR TÉCNICA DE SELDINGER, FIO GUIA COM PONTA DISTAL EM J E CAPA PROTETORA, AGULHA INTRODUTORA, SERINGA LUER LOCK DE 5CC, COM ASAS PARA FIXAÇÃO E CLAMPS. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC 185/ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITIDA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DO LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 (ANEXO 1, ITENS 32.2, 32.3, 32.5). NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	70
130	CATETER INTRAVENOSO DE DUPLO LUMEN EM POLIURETANO RADIOPACO, INTRODUZIDA, COM 30CM DE COMPRIMENTO POR VIA PERIFÉRICA, QUE PERMITE ACESSO VENOSO DE LONGA DURAÇÃO, MARCADA A CADA 1 CM, ALERTA INTERMEDIÁRIOS E PROLONGADO INTEGRADO COM 14 CM DE COMPRIMENTO, ACOMPANHA UMA AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL CALIBRE, 2FR/23GA. ACOMPANHA INTRODUTOR. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	UN	50
131	CATETER DUPLO LUMEM 7FR X 20CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALLEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	30
132	CATETER DUPLO LUMEM 5FR X 13CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALLEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	70
133	CATETER DUPLO LUMEM 4FR X 13CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALLEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	70

LOTE 28

134	ESPECULO, VAGINAL, COM DUCTO ASPIRADOR, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CAF/LEEP, TAMANHO GRANDE EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, ABERTURA EM PÁTULA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	100
135	ESPECULO, VAGINAL, COM DUCTO ASPIRADOR, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CAF/LEEP, TAMANHO MÉDIO EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, ABERTURA EM PÁTULA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	700

136	ESPECULO, VAGINAL, COM DUCTO ASPIRADOR, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CAF/LEEP, TAMANHO PEQUENO EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, ABERTURA EM PÁTULA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	700
137	ESPECULO, VAGINAL, TAMANHO P, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TRANSPARENTE, COMPOSTO DE FIBRA OPTICA, 02 VALVAS ARTICULADAS COM NO MÍNIMO 110MM DE EXTENSÃO E 29MM DE LARGURA DISTAL, ABERTURA PELA AÇÃO PARAFUSO, DEVE POSSUIR NA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMAÇÃO CILINDRICA DE FIBRA OPTICA COM NO MINIMO 30MM DE EXTENSÃO E 5MM DE ALETA. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	7.000
138	ESPECULO, VAGINAL, TAMANHO M, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TRANSPARENTE, COMPOSTO DE FIBRA OPTICA, 02 VALVAS ARTICULADAS COM NO MÍNIMO 110MM DE EXTENSÃO E 29MM DE LARGURA DISTAL, ABERTURA PELA AÇÃO PARAFUSO, DEVE POSSUIR NA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA OPTICA COM NO MÍNIMO 30MM DE EXTENSÃO E 5MM DE ALETA. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E EPIROGÊNICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	5.000

LOTE 29

139	TESTE, BOWIE & DICK, PRONTO PARA TESTAR O SISTEMA DE VÁCUO DA AUTOCLAVE A VAPOR, QUE CONTENHA INDICADOR ESPECIFICO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DO VAPOR, DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO NA BOMBA DE VÁCUO E POSSUIR FOLHA ALERTA QUE REVELE ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O APARELHO, INDICADOR QUÍMICO CLASSE II SEGUNDO ISO 11140-1. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE PACOTE, EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	500
-----	---	----	-----

LOTE 30

140	TRANSOFIX SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA PARA FLUIDOS ESTÉREIS PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DE USO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FECHADO PARA O PREPARO DE MEDICAÇÕES, SOLUÇÕES COM SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO / INFECÇÃO HOSPITALAR. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.200
-----	---	----	-------

141	TORNEIRA 3 VIAS FUNÇÃO: DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO . A TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS CONECTA E CONTROLA O DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE SOLUÇÕES DE TRÊS LINHAS DISTINTAS, DUAS LINHAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSOR) EM SUAS EXTREMIDADES FÊMEA LUER LOCK E UMA TERCEIRA LINHA DE INFUSÃO OU DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER) EM E SUA CONEXÃO MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK. O MANÍPULO SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA - CORPO TRANSPARENTE COM TRÊS EXTREMIDADES DE CONEXÃO (DUAS FÊMEAS LUER LOCK E UM MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK). - MANÍPULO COLORIDO PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO, EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	900
142	POLIFIX INFUSOR PARA NEONATAL MÚLTIPLO 2 V ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (OBS: ESTE ITEM DEVE SER ESPECÍFICO PARA O USO EM NEONATAL)(SEGUE PARACER DO PROFISSIONAL, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE)	UN	10.000
143	POLIFIX INFUSOR MÚLTIPLO 2 V ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (A MARCA COMPOJET FOI REPROVADO, CONFORME O PARACER TÉCNICO EXISTENTE NA COPEL)	UN	16.000
144	EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL PARA SOLUÇÃO VENOSA COM INFUSÃO POR GRAVIDADE, EPIROGÊNICO, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, PONTA PERFURANTE TRI FACETADA, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERICIDA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E COM FILTROS DE POLIMÉRICA, TUBO EXTENSOR EM PVC ATÓXICO COM 1,50CM E PINÇA ROLLER COM CARTA FLUXO E DESCANSO, COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL COM PROTETOR PARA DEDOS E PONTOS DE INFUSÃO AUTO CICATRIZANTE, MESMO APÓS SER PERFURADO DIVERSAS VEZES COM AGULHA CALIBRE 40 X 12 ,NÃO APRESENTE VAZAMENTO, CONECTO INTERMEDIÁRIO LUER LOCK,REVERSÍVEL E ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO OLIMÉR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO FABRICANTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	30.000
145	EQUIPO MICRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL DE INFUSÃO POR GRAVIDADE, ESTÉRIL, EPIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, LANCETA TRI FACETADA, PERFURANTE, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOBO E BACTERICIDA, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERICIDA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40 M, NA COR AMBAR, PINÇA TIPO ROLETE COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	1.300
146	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL DE INFUSÃO POR GRAVIDADE, ESTÉRIL, EPIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, LANCETA TRI FACETADA, PERFURANTE, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOBO E BACTERICIDA, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERICIDA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40 M, NA COR AMBAR, PINÇA TIPO ROLETE COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	1.300

147	EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO DE SANGUE, PARA TRANSFUÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS COM PENETRADOR DE PONTA PERFURANTE, ADAPTÁVEL EM BOLSAS PLÁSTICAS PARA TRANSFUÇÃO, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL EM PVC, CRISTAL, ATÓXICO, COM FILTRO DE SANGUE NA PRIMEIRA CÂMARA COM MALHA DE 170 MICRA, SEGUNDA CÂMARA TAMBÉM FLEXÍVEL COM +/-75 MM DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE COM CORTA-FLUXO E DESCANSO PARA TUBO, DE FÁCIL MANUSEIO E QUE GARANTA E ESTABILIDADE DO GOTEJAMENTO, TUBO EM PVC FLEXÍVEL, CRISTAL COM DIÂMETRO UNIFORME, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE COMPRIMENTO, COM LUVA EM ROSCA E TRAVA RETRÁTIL PARA CONEXÃO EM CONES GÊMEAS, CONECTOR LUER TUBO MACHO LUBRIFICANTE QUE PERMITA A CONEXÃO E DESCONEXÃO DE FORMA SUAVE DOS CONECTORES GÊMEAS, PROTETOR DE CONECTOR LUER QUE GARANTA A ESTABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM TIPO BLISTER DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE DE ABERTURA SUAVE E IMPRESSOS NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	600
148	EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL C/INJE. LAT PARA SOLUÇÃO VENOSA COM INFUSÃO POR GRAVIDADE, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE CATETER, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40CM E PINÇA ROLLER COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	400
149	EQUIPO MICROGOTAS, COM BURETA DE 100 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA INFUSÃO PARENTERAL, CÂMARA GRADUADA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100ML GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 1ML, COM ALCA PLÁSTICA PARA SUPORTE, ENTRADA DE AR COM FILTRO BIOLÓGICO E TAMPAS DE VEDANTE, INJETOR COM MEMBRANA DE BORRACHA AUTO CICATRIZANTE, COM MICRO GOTEJADOR, TUBO EXTENSOR PROXIONAL, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM 100MM DE COMPRIMENTO AMOLIONADO, PINÇA PLÁSTICA TIPO CHAMP, CONECTOR PLÁSTICO PARA FRASCO DE SOLUÇÕES DO TIPO CÔNICO COM PONTA PERFURANTE, FILTRO DE AR E TAMPAS PROTETORA REMOVÍVEL, TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE A DOBRAS COM COMPRIMENTOS APROXIMADOS 1200MM, INJETOR LATERAL DE PLÁSTICO RÍGIDO COM MEMBRANA EM BORRACHA AUTO CICATRIZANTE, CONECTOR MACHO TIPO LUER SLIP, COM PROTETOR PLÁSTICO REMOVÍVEL E PINÇA ROLETE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	2.200

LOTE 31

150	LAMINA DE BISTURI 24 DE AÇO CARBONO INOXIDÁVEL CX C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	600
151	LAMINA DE BISTURI 23 DE AÇO CARBONO INOXIDÁVEL CX C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	30
152	LAMINA DE BISTURI 11 DE AÇO CARBONO INOXIDÁVEL CX C/100 UNID.	UN	30

LOTE 32

153	PUNCH, PARA BIOPSIA, DESCARTÁVEL, 2,0 MM, ESTÉRIL, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EMBORRACHADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	60
154	PUNCH, PARA BIOPSIA, DESCARTÁVEL, 3,0 MM, ESTÉRIL, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EMBORRACHADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	60
155	PUNCH, PARA BIOPSIA, DESCARTÁVEL, 5 MM, ESTÉRIL, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EMBORRACHADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	60

LOTE 33

156	SONDA NUTRE PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	20
157	SONDA NUTRE PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10 UNID	PCT	20
158	SONDA NUTRE PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	20

LOTE 34

159	CANETAS DE BISTURÍ ELÉTRICO COMPATIVEL COM O MARCA EMAI BP-400 PLUS	UN	20
160	CANETAS DE BISTURÍ ELÉTRICO COMPATIVEL COM O MARCA DELTRONIX B-6.600 SM	UN	20
161	CANETAS DE BISTURÍ ELÉTRICO COMPATIVEL COM O MARCA DELTRONIX B-1.600 MP	UN	20

LOTE 35

162	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO BOLSA EM PVC RESISTENTE ATÓXICA C/1,40 CM DE COMPRIMENTO , COM INJETOR LATERAL FIXO CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDAS URETRO-VESEICAIAS COM TAMPA PROTETORA ESTÉRIL E ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 DESCARTÁVEL CAPACIDADE P 2000 ML , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	6.000
163	COLETOR URINA E FEZES FRASCO COM TAMPA EM PVC ESTERILIZADO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	40.000
164	COLETOR URINA INFANTIL TIPO SACO DESCARTÁVEL 100 ML (FEM. E MASC.) PCT C/ 10 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	600

LOTE 36

165	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 4 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	350
166	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 3, 5 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	350
167	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 3 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	150

168	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 2, 5 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	150
-----	--	----	-----

LOTE 37

169	CURATIVO TRANSPARENTE DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM MOLDURA E COM FENESTRA PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS E CENTRAIS (4,4CM X 4,4CM) P/ RN. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	900
170	CURATIVO DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EXTRA FINO CIRCULAR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (4,4CM X 4,4CM) P/ RN.	UN	900
171	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15 CM X 20 CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EXTRA FINO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	200
172	CURATIVO DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EXTRA FINO CIRCULAR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (5CM X 7CM) COM COMPRESSA	UN	2.000
173	CURATIVO, TIPO BANDAGEM, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ANTISSÉPTICO HIPOALÉRGICO, COMPOSTAS DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA, MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONIZADO E TECIDO DE POLIESTER, DIÂMETRO DE 2 A 3 CM, PARA USO APOS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. EMBALAGEM ACONDICIONADA DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO.	UN	7.000

LOTE 38

174	CATETER, (INTRACATH), PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, MONO LUMEN, CALIBRE 14G X 20CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, DE USO ÚNICO, DE MATERIAL BI COMPATÍVEL EM POLIURETANO, TOTALMENTE RADIOPACO, COM GRADUAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS, COM ASAS PARA FIXAÇÃO E CLAMPS, PONTA MACIA COM DESIGN EM FORMATO DE CONE , DE ALTO FLUXO , QUE PERMITA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL, NÃO GERANDO OCLUSÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE MEDICAMENTOS, QUE PERMITA A INSERÇÃO POR TÉCNICA DE SELDINGER. KIT CONTENDO: 01 FIO GUIA COM PONTA DISTAL EM J E CAPA PROTETORA, 01 AGULHA INTRODUTORA, 01 INTRODUTOR, 01 SERINGA LUER LOCK DE 5CC, 01 LAMINA DE BISTURI. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC 185/ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E COMPONENTES INCLUSOS, Nº. DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº. DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 (ANEXO I, ITENS 32.2, 32.3, 32.5). NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	70
-----	---	----	----

175	CATETER EPIDURAL 18G ESTÉRIL TRANSPARENTE COM 3 ORIFÍCIOS LATERAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	30
176	CATETER EPIDURAL 16G ESTÉRIL TRANSPARENTE COM 3 ORIFÍCIOS LATERAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CX C/10 UNID	UN	120
177	CATETER, INTRAVASCULAR, TIPO INTRACATH, 22GA X 12", DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, RADIOPACO. EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	50
178	CATETER EPIDURAL 18G (ESPECIFICA PARA OBESOS) ESTÉRIL TRANSPARENTE COM 3 ORIFÍCIOS LATERAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	10

LOTE 39

179	HEMATOXILINA EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	20
180	VASELINA LIQUIDA C/1000ML EMBALAGEM ELÁSTICA REFORÇADA, COM TAMPALACRADA. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	40
181	ETER COMERCIAL 35% C/1000ML EMBALAGEM COM TAMPALACRADA EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	120
182	FORMOL 10% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPALACRADA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	120

LOTE 40

183	INDICADOR QUIMÍCO INTERNO MULTIPARAMÉTRICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. (CX C/ 240 UNIDADES). EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	30
-----	---	----	----

LOTE 41

184	INTEGRADOR QUIMÍCO INTERNO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO (PCT C/ 250 UNIDADES). EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	40
-----	---	-----	----

LOTE 42

185	AMINIOTOMO (ROMPEDOR DE BOLSA) EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	UN	1.200
-----	--	----	-------

LOTE 43

186	LAMINULA 24 X 32MM DE VIDRO, PARA MICROSCOPIA, ANATOMO PATOLÓGICA, DIMENSÕES 24 X 32 MM. EMBALADAS A VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO; EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	CX	400
187	LAMINA LISA PARA USO EM MICROSCÓPIO, EM VIDRO TRANSPARENTE, NÃO LAPIDADA 26X76MM (1" X 3") 1MM-1.2MM DE ESPESSURA CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	300
188	LAMINA FOSCA PARA USO EM MICROSCÓPIO, EM VIDRO TRANSPARENTE, NÃO LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA 26X76MM 1,0 A 1,2MM DE ESPESSURA CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	1.000

189	LAMINA FOSCA (PONTAS BOLEADAS NAS EXTREMIDADES) PARA USO EM MICROSCÓPIO, EM VIDRO TRANSPARENTE, NÃO LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA 26X76MM 1,0 A 1,2MM DE ESPESSURA CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	40
-----	--	----	----

LOTE 44

190	BALÃO DE ANESTESIA DE 05L (TIPO BARAKA) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	20
191	BALÃO DE ANESTESIA DE 03L (TIPO BARAKA) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	20

LOTE 45

192	GARROTE (BORRACHA LÁTEX 200), COTADOS EM METROS EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	MT	150,00
193	BORRACHA DE SILICONE 204 EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/15 MT.	PCT	500

LOTE 46

194	PRENDEDOR UMBILICAL CLAMP ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	10.000
-----	---	----	--------

LOTE 47

195	GEL P/ ELETRO (FR C/100ML) EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPA LACRADA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	1.600
196	GEL P/ULTRASSON (GL C/5 LITROS) EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPA LACRADA EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GL	280
197	GLICERINA BI DESTILADA (C/1000ML) EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPA LACRADA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	120

LOTE 48

198	TIRAS P/ TESTE GLICEMIA, COM BIOSENSOR, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 04 MICRO LITROS PARA UTILIZAÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL C/ ÁREA DE SEGURANÇA PARA RETIRAR A TIRA E PROCESSO P/ CAPILARIDADE, PERMITINDO A COLOCAÇÃO DE UMA SEGUNDA GOTTA DE SANGUE NO MESMO TESTE DENTRO DE 15 SEGUNDOS CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (SENDO QUE OS APARELHOS, DEVERÃO VIR JUNTO COM AS TIRAS DE ACORDO A MARCA, CORRESPONDENTE À 20% DAS QUANTIDADES DE TIRAS, SEM CUSTO A F.H.F.S E/OU DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS AO FORNECEDOR), A MARCA ACCU - CHEK NÃO ATENDE AS NECESSIDADES NO SETOR DE NEONATAL, ONDE REQUER UMA MAIOR RETIRADA DE SANGUE DOS RN'S., CONFORME PARECER EXISTENTE NA COPEL.	CX	700
-----	--	----	-----

LOTE 49

199	ESCOVINHA PARA PREVENTIVO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.E REGISTRO DO FABRICANTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE . (CX C/100 UNID).	CX	250
-----	---	----	-----

LOTE 50

200	CABO DE BISTURÍ Nº 4, AÇO INOX, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	10
201	CABO DE BISTURÍ Nº 3, AÇO INOX, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE., ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	10

LOTE 51

202	LENÇOL DE PAPEL 100% FIBRA CELULÓSICA EM TNT TECIDO NÃO TECIDO, HIGIÊNICA HOSPITALAR ROLO C/ 70X50M EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	15.000
-----	--	----	--------

LOTE 52

203	ELETRODO ADULTO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA COM GEL DESTACÁVEL PCT C/ 50 UNID EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	300
-----	--	----	-----

LOTE 53

204	PLUGUE ADAPTADOR MACHO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO PARA USO S/AGULHA – BIONECTOR EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	100
-----	--	----	-----

LOTE 5

205	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	60

LOTE 55

206	ESPONJA E ESCOVA DESCARTÁVEIS C/ PVPI DETERGENTE CX C/48 UNID. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	2.000
-----	--	----	-------

I-2. As solicitações dos itens serão de acordo com o consumo e deverá seguir cronograma da cordenação do Almoxarifado.

I-3. **Local de entrega:** A entrega do objeto licitado será no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Rua da Barra, 705 Jardim Cruzeiro.

1.3.1. Especificações Gerais

- a. Os produtos deverão ter prazo de validade no mínimo 12 meses contatos da data da entrega na unidade requisitante, conforme item 12 (forma de Fornecimento) do presente edital.
- b. Os Produtos Nacionais ou importados deverão ser ofertados, apresentados e entregues contendo rótulos e bulas com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos dos art. 31 do código de defesa do consumidor.
- c. As empresas ganhadoras dos itens deverão apresentar as amostras caso seja solicitado para comprovação da qualidade dos mesmos, a não aprovação desclassificará e serão passados para os subsequentes.

APRESENTAR NO ENVELOPE (PROPOSTA DE PREÇOS) os seguintes declarações e documentos autenticados:

- a. A marca, fabricante, Procedência do produto ofertado, referência e demais características, bem como o prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, deverão obrigatoriamente ser informados na embalagem do produto.
- b. As empresas licitantes deverão fornecer todos os números de telefones fixos comerciais e celulares ATUALIZADOS.
- d. A marca indicada será uma só para o item, contudo as marcas não aprovadas por esta instituição deverão ser submetidas a testes, em um período máximo de 5(cinco) dias úteis, onde serão emitido parecer técnico com aprovação ou reprovação devidamente assinado pelo profissional responsável.
- e. Alvará fornecido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, para empresas que se propõem a industrializar e/ou comercializar alimentos, materiais descartáveis, produtos farmacêuticos e químicos, materiais e instrumentos médicos, odontológicos e afins, e prestações de serviços de dedetização.
- f. Os licitantes deverão apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa expedido por órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA.
- g. Os licitantes deverão apresentar registros dos produtos obrigatórios, conforme determinação do Ministério da Saúde.

A Pregoeira

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Fundação Hospital de Feira de Santana

Licitação nº008-2016 Pregão Presencial: nº 007-2016

Dia 04.04.2016 às 8h30min

Ordem	Descrição	Unidade	Qtd	Vir. Unitário	Vir. Total
LOTE 01					
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO DE USO HOSPITALAR 10 X 35 CM DE MATERIAL POLIMÉRICO E COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL P/INCONTINÊNCIA EMBALADA EM PCT C/20 EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	10.000		
Total do Lote:					
LOTE 02					
2	ATADURA, DE CREPOM, TIPO I, CONFECCIONADA COM FIOS DE ALGODAO E FIBRAS MISTAS, DIMENSOES DE 12CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 26,0 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NAO ESTERIL, ATOXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGIVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DE FIOS POR CM, COMPOSICAO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E NUMERO DE INSCRICAO, NUMERO DE INSENCAO DO REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUCAO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO , PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056. (UNIDADE COM 12)	DZ	300		
3	ATADURA, DE CREPOM, TIPO I, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE 30CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 64,3 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DE FIOS POR CM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E NUMERO DE INSCRIÇÃO, NUMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056. (UNIDADE COM 12)	DZ	250		
4	COMPRESSA, DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, 100 % ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS, 13 FIOS POR CM2, INODORA, INSPIIDA, ALVEJADA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, GORDURA, CORANTE E COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGEM: PACOTE COM 500 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	4.500		
5	COMPRESSA, CAMPO OPERATÓRIO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ISENTA DE IMPUREZAS, AUSENTE DE AMIDO E DEXTRINA, DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE ALÇA UNIDA AO SEU CORPO, COM ELEMENTO RADIOPAÇO FIXADO NO SEU CORPO, DISPOSTA EM 04 CAMADAS FIXAS ENTRE SI, BORDAS EMBAINHADAS, NAS DIMENSÕES 45 CM X 50CM SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO. SEGUIR NBR 14767. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA PACOTE COM 50 UNIDADES. (OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR AMOSTRA NO HIPS PARA TESTE DO MESMO)	PCT	5.000		

Total do Lote:

LOTE 03

6	ALGODÃO HIDRÓFILO ISENTO DE IMPUREZAS INODORO, INSIPIDO ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO DE BOA ABSORÇÃO ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO PCT C/500 GR, COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	2.300		
7	ESPARADRAPO 10 X 4,5 IMPERMEAVÉL NA COR BRANCA CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE ALGODÃO COM BOA ADERÊNCIA E ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS C/CAPA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	3.000		

Total do Lote:

Lote: LOTE 04

8	ACIDO ACÉTICO A 5%. EMBALAGEM COM 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	96		
9	ACIDO ACÉTICO A 2%. EMBALAGEM COM 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	96		

Total do Lote:

LOTE 05

10	AGULHA, (ESPECÍFICA PARA OBESOS), PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 18G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32 E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	200		
11	AGULHA, (ESPECÍFICA PARA OBESOS), PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 17G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32	UN	200		

	E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
12	AGULHA, PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 17G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32 E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	400		
13	AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 25 G X 3 1/2 POLEGADAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, COM BISELE TIPO "WHITACRE", ISENTA DE CORTE, TRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, COM ORIFÍCIO LATERAL, CÂNULA LUER LOK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO QUE GARANTA CONEXÃO SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E/OU BLISTER RÍGIDO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, ORIGEM, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, CATEGORIA DO PRODUTO, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	2.500		
14	AGULHA, (ESPECÍFICA PARA OBESOS), PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 27 G X 4 ¾ (TAM. 0,42 X 120MM) POLEGADAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, COM BISELE TIPO "WHITACRE", ISENTA DE CORTE, TRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, COM ORIFÍCIO LATERAL, CÂNULA LUER LOK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO QUE GARANTA CONEXÃO SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E/OU BLISTER RÍGIDO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, ORIGEM, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, CATEGORIA DO PRODUTO, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	300		
15	AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 26 G X 3 1/2 POLEGADAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, COM BISEL TIPO "WHITACRE", ISENTA DE CORTE, TRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, COM ORIFÍCIO LATERAL, CÂNULA LUER LOK, COM VISOR TRANSLUCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO QUE GARANTA CONEXÃO SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E/OU BLISTER RÍGIDO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, ORIGEM, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, CATEGORIA DO PRODUTO, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	4.000		

16	AGULHA, PARA ANESTESIA PERIDURAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONADA, COM PUNHA DURA ANATÔMICA, PONTA TUHOY, CALIBRE 18G X 3 1/2 POLEGADAS, CANHÃO TIPO LUER-LOOK CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, ISENTO DE ÂNGULOS INTERNOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DIFICULTE A INSERÇÃO DO MANDRIL. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA INTRODUTÓRIA BISELADA CAPAZ DE FAVORECER O PERFEITO ALINHAMENTO COM O BISEL DA AGULHA, COM CANHÃO DE ALERTA CODIFICADO POR CORES DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CALIBRE, Nº DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32 E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	550		
----	--	----	-----	--	--

Total do Lote:

LOTE 06

17	AGUA, OXIGENADA, 10 VOLUMES. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	240		
18	ALCOOL IODADO 0,1 C/1000M EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMP A LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	LT	700		
19	ALCOOL COMERCIAL 92,8% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMP A LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	900		
20	ALCOOL GEL A 70% ANTI- SEPTICO C/500G PARA USO HOSPITALAR E FARMACÉUTICO EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMP A LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	3.000		
21	ALCOOL A 70% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMP A LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	10.000		
22	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA, COM TAMP A LACRADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	1.400		
23	AGUA DEONIZADA GALÃO C/5.000ML, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE REFORÇADA, LACRADA EMBALADA COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (MATERIAIS EXCLUSIVOS PARA O LABORATÓRIO DO HIPS).	GL	600		
24	AGUA, PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 1000ML , FRASCO PLÁSTICO , COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	AMP	3.000		

Total do Lote:

LOTE 07

25	LUGOL 5% EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	120		
26	BALSAMO DO CANADA SINTÉTICO PARA MICROSCOPIA) CAS (8007 – 47 – 4) 1.000 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	50		
27	BAC SWAB (PCT C/100 UNID) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	40		

Total do Lote:

LOTE 08

28	AGULHA DE BIOPSIA	UN	50		
				Total do Lote:	

LOTE 09

29	<p>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA LINEAR SEGUINDO AS NORMAS TECNICAS (ABNT) IEC 60601-2-24 EQUIPO, DE BOMBA DE INFUSÃO PARA SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR OU SHUTTLE, PARA NEONATOLOGIA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EM PVC, COM PONTA PERFURANTE, TRI FACETADA, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO PARA FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO SEGURA, COM ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA DE 0,22 MICRA, COM TAMPA PROTETORA, LOCALIZADA ACIMA DA CÂMARA DE GOTEJAMENTO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO DE MATERIAL TRANSLUCIDO, MALEÁVEL, COM FILTRO DE 15 MICRA (PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULA. TUBO EXTENSOR EM PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80M. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, LIVRE DE LÁTEX, QUE PERMITA MÚLTIPLAS INJEÇÕES DE DROGAS. REGULADOR DE FLUXO (PINÇA ROLETE) PARA AJUSTE DE INFUSÃO DE ZERO A MÁXIMO. PROTETOR DE EXTREMIDADE QUE MANTEM O SISTEMA FECHADO NO PREPARO, EXTREMIDADE COM SISTEMA LUER MACHO (ROSQUEAMENTO) DE FÁCIL REMOÇÃO E PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO CONECTOR; DE ACORDO COM AS NBR 14168/10333-1/10333-2. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU EMBALAGEM QUE ATENDA A RDC 185/2001, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CX C/ 100 UNIDADES) (COMODATO). (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO PARECER DE TESTE EMITIDO POR ESTA INSTITUIÇÃO / F.H.F.S) (APRESENTAR 70 BOMBAS PARA INSTITUIÇÃO /COMODATO).</p>	UN	7.000		
30	<p>EQUIPO FOTSENSIVEL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO, PARA SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR OU SHUTTLE, MACRO GOTAS, ESTÉRIL, FOTOSSENSÍVEL, NA COR AMBAR, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EM PVC, COM PONTA PERFURANTE, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO PARA FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO SEGURA, COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO DE 0,22 MÍCRON, COM TAMPA PROTETORA, LOCALIZADA ACIMA DA CÂMARA DE GOTEJAMENTO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO DE MATERIAL TRANSLUCIDO, MALEÁVEL. O EQUIPO DEVE POSSUIR FILTRO DE 15 MICRA (PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS). TUBO EXTENSOR EM PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80M. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, LIVRE DE LÁTEX, QUE PERMITA MÚLTIPLAS INJEÇÕES DE DROGAS. REGULADOR DE FLUXO (PINÇA ROLETE) PARA AJUSTE DE INFUSÃO DE ZERO A MÁXIMO. PROTETOR DE EXTREMIDADE QUE MANTEM O SISTEMA FECHADO NO PREPARO, EXTREMIDADE COM SISTEMA LUER LOCK MACHO (ROSQUEAMENTO) DE FÁCIL REMOÇÃO E PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO CONECTOR; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU EMBALAGEM QUE ATENDA A RDC 185/2001, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPO EMBALAGEM FOTSENSIVEL QUE PROTEJA O FRASCO DE SORO.</p>	UN	1.800		

31	EXTENSOR, PARA EQUIPO, PARA USO EM BOMBAS DE SERINGA, TUBO EM PVC DE DIAMETRO REDUZIDO, COMPRIMENTO DE 120 CM, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE ± 2,0 ML, TERMINAÇÃO LUER FEMEA NUMA EXTREMIDADE E LUER MACHO COM ROSCA (LUER-LUCK) NA OUTRA, TAMPAS PROTETORAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO, EM PORTUGUÊS: NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INDICAÇÃO QUANTITATIVA, MODO DE USAR, FABRICANTE, ORIGEM, DISTRIBUIDOR E/OU IMPORTADOR, COMPOSIÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, CATEGORIA DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA PRÉVIA DO PARECER E TESTE EMITIDO PELO COORDENADOR DO SETOR QUAL FARÁ USO DO ÍTEM, AGENDANDO HORA E DATA COM O COORDENADOR DO SETOR UTI-NEO / H.I.P.S, SENDO RESULTADO ESTE POSITIVO PARA TAL ÍTEM E VALIDADA POR ESTA INSTITUIÇÃO / F.H.F.S. CONTUDO, DEVERÁ O FORNECEDOR ATENDER AOS CRITÉRIOS ACIMA CITADOS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME DO ÍTEM EM QUESTÃO.	UN	2.500		
----	---	----	-------	--	--

Total do Lote:

LOTE 10

32	CATETER NASAL PARA OXIGENIO (TIPO ÓCULOS) (SEGUE ANEXO PESQUISAS DO DISCRITIVO E/OU PRODUTO) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	4.500		
33	CATETER OXIGÊNIO 12 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	30		
34	CATETER OXIGÊNIO 10 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	50		
35	CATETER OXIGÊNIO 08 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	50		
36	CATETER OXIGÊNIO 06 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	60		
37	CATETER OXIGÊNIO 04 DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID.	UN	50		
38	SONDA FOLLY 10, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.CX C/10 UNID	PCT	20		
39	SONDA FOLLY 8, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CX C/10 UNID	CX	20		
40	SONDA FOLLY 6, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.CX C/10 UNID	CX	20		
41	SONDA FOLLY 12, 2 VIAS ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE	CX	900		

	VALIDADE.CX C/10 UNID				
42	SONDA URETRAL 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10		
43	SONDA URETRAL 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10		
44	SONDA URETRAL 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10		
45	SONDA URETRAL 04 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10		
46	SONDA RETAL 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10		
47	SONDA RETAL 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	10		
48	SONDA RETAL 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10 UNID	PCT	20		
49	SONDA RETAL 04 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	20		
50	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	50		

51	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID PCT	PCT	200		
52	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	300		
53	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM P.C., BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	400		
54	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	500		
55	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 04 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	60		
56	SONDA NASOGASTRICA 12 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	30		
57	SONDA NASOGASTRICA 10 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	300		
58	SONDA NASOGASTRICA 08 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	300		
59	SONDA NASOGASTRICA 06 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.PCT C/10 UNID	PCT	700		

60	SONDA NASOGASTRICA 04 CURTA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PCT C/10 UNID EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	70		
----	---	-----	----	--	--

Total do Lote:

LOTE 11

61	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 3,5, DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50		
62	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 7,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	13		
63	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 8,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	9		
64	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 4,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50		
65	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 3,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50		

66	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 2,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	50		
67	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 8,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	9		
68	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, SEM CUFF N. 4,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (CAIXA C/ 10 UNIDADES).	CX	50		
69	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 7,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	13		
70	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 6,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CX	5		

Total do Lote:

Lote: LOTE 12

71	PRESERVATIVO COM LUBRIFICANTE- (ESPECIFICO P/ O CMPC) (CX C/144 UNID) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	60		
72	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE- (CX C/144 UNID) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	300		

Total do Lote:

LOTE 13

73	<p>ENVELOPE, TESTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES 20 CM X 40 CM, COM FITA AUTO SELANTE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL POR CALOR ÚMIDO PCT C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	PCT	550		
74	<p>PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60 G/M² E DO FILME 54 G/M² DIMENSÃO 45 CM X 100 M, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLÍMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO QUE MUDAM DE COR APOS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE CONTER: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONFORME NBR 14990, REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE DE: RL (ROLO). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER UMA SELADORA EM FORMA DE COMODATO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LARGURA DA SOLDA (ÁREA DE SELAGEM) - 13 MM SELAGEM HORIZONTAL CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN. COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9 POTÊNCIA 280 WATTS ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA) PESO LIQUIDO – 12,5 KG PESO BRUTO – 13 KG DIMENSÕES DA SELADORA – 385MM X 280MM X 170 MM DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490MM X 320MM X 220 MM, CONFORME A RESOLUÇÃO: RDC Nº 185/01.</p>	RL	50		
75	<p>PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60 G/M² E DO FILME 54 G/M², DIMENSÕES 10 CM X 100 M, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM , RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLÍMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO QUE MUDAM DE COR APOS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME NBR 14990, REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: RL (ROLO). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER UMA SELADORA EM FORMA DE COMODATO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LARGURA DA SOLDA (ÁREA DE SELAGEM) - 13 MM SELAGEM HORIZONTAL CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN. COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9 POTÊNCIA 280 WATTS ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA) PESO LIQUIDO – 12,5 KG PESO BRUTO – 13 KG DIMENSÕES DA SELADORA – 385MM X 280MM X 170 MM DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490MM X 320MM X 220 MM, CONFORME A RESOLUÇÃO: RDC Nº 185/01.</p>	RL	85		
76	<p>ENVELOPE, TESTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES 30 CM X 50 CM, COM FITA AUTO SELANTE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL POR CALOR ÚMIDO PCT C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</p>	PCT	500		

77	ENVELOPE, TESTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES 15 CM X 27 CM, COM FITA AUTO SELANTE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL POR CALOR ÚMIDO PCT C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	600		
----	---	-----	-----	--	--

Total do Lote:

LOTE 14

78	BOLSA, (BOLSA PÓS FIT FIX), COLETORA, PÓS, COM SISTEMA FECHADO, PARA ARMAZENAGEM E DESCARTE DE GRANDES VOLUMES DE SECREÇÃO, MAXIMO DE ATÉ DOIS LITROS, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO, COM SISTEMA ANTI-TRANSBORDAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO QUE PERMITA A FORMAÇÃO DE CIRCUITO INTEGRADO DE QUATRO BOLSAS. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. ROTULAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS KITS PARA O USO DAS BOLSAS EM SISTEMA DE COMODATO E OBEDECENDO OS CRITÉRIOS SINALIZADOS NA ULTIMA PÁGINA DESTE.	UN	200		
79	BOLSA, (BOLSA PRÉ FIT FIX), COLETORA, PRÉ, COM SISTEMA FECHADO, PARA ARMAZENAGEM E DESCARTE DE GRANDES VOLUMES DE SECREÇÃO, MAXIMO DE ATÉ DOIS LITROS, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO, SEM SISTEMA ANTI-TRANSBORDAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO QUE PERMITA A FORMAÇÃO DE CIRCUITO INTEGRADO DE QUATRO BOLSAS. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. ROTULAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS KITS PARA O USO DAS BOLSAS EM SISTEMA DE COMODATO E OBEDECENDO OS CRITÉRIOS SINALIZADOS NA ULTIMA PÁGINA DESTE. UNID 200	UN	300		
80	BOLSA, (QIN POT), COLETORA SISTEMA FECHADO, DESCARTÁVEL, PARA ARMAZENAGEM E DESCARTE DE PEQUENOS VOLUMES DE SECREÇÃO (ATÉ 1 LITRO), EM FORMATO DE SACOLA, DOBRÁVEL, EM POLIETILENO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E FILTRO QUE IMPEDE A ENTRADA DE SECREÇÕES NA REDE DE VÁCUO, INDICADA PARA ENCAIXE EM DISPOSITIVO DE POLICARBONATO COM VACUÔMETRO INTEGRADO. EMBALAGEM: PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. ROTULAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADA CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS KITS PARA O USO DAS BOLSAS EM SISTEMA DE COMODATO E OBEDECENDO OS CRITÉRIOS SINALIZADOS NA ULTIMA PÁGINA DESTE.	UN	600		
			Total do Lote:		

LOTE 15

81	PROTETOR DE CORPO PLASTICO, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL, USO ÚNICO COM MANGAS LONGAS E TRANSPARENTES PARA USO PELA EQUIPE MÉDICA. (COMPOSIÇÃO: FILME PLÁSTICOS DE POLIETILENO ESPECIAL ATÓXICO) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	120		
Total do Lote:					

LOTE 16

82	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT, TECIDO NÃO TECIDO MANGA LONGA PCT C/10 UNID COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	10.000		
83	MASCARA, CIRÚRGICA, DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AGENTES BIOLÓGICOS, COM FILTRO P2 N. 95, EM MATERIAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICO, AJUSTÁVEL AO CONTORNO FACIAL, COM PRENDEDORES EM MATERIAL ELÁSTICO NÃO DESAFIANTE. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	200		
84	PROPE DESCARTAVEL BRANCO EM POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO PCT C/100 EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	6.000		
85	MASCARA DESCARTAVEL CIRÚRGICA. SEMI-FACIAL COM FILTRO, 3 CAMADAS DE PROTEÇÃO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALÉRGICO, COM CLIPES NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONFORTO DO ROSTO PRODUZIDO EM ALUMÍNIO SUAVE E FLEXÍVEL, NÃO TRAUMATIZANTE INODORA, BORDAS BEM ACABADAS E QUE APRESENTEM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA(E.F.B.), PARA PARTÍCULAS DE 1,0 MICRON, DE 95% C/ELÁSTICO, CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	4.500		
86	TOUCA BRANCA DESC., EM POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (PCT C/100 UNIDADES).	PCT	6.000		
Total do Lote:					

LOTE 17

87	SERINGA DE 1,0 ML COM AGULHA 10 X 4,5 CM OU 13 X 3,8 CM - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DÉSPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	35.000		
88	AGULHA DESTACÁVEL 40 X 12 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. (CX C/ 100)	CX	2.000		
89	AGULHA DESTACÁVEL 30 X 08 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	300		
90	AGULHA DESTACÁVEL 30 X 07 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETAD AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	300		

91	AGULHA DESTACÁVEL 25 X 08 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	200		
92	AGULHA DESTACÁVEL 25 X 07 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	200		
93	AGULHA DESTACÁVEL 20 X 0,55 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	100		
94	AGULHA DESTACÁVEL 13 X 4,5 ESTÉRIL EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADA AFIADA CILINDRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 100 UND).	CX	300		
Total do Lote:					

LOTE 18

95	SÉRINGA, DE 03 ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, TIPO KIT, PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM HEPARINA DE LÍCIO E CA++ BALANCEADOS NA MEDIDA CORRETA PARA RESULTADOS PRECISOS. COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE PERMITE QUE O AR RESIDUAL SEJA EXPULSO DURANTE A COLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. EMBALAGEM COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	7.000		
Total do Lote:					

LOTE 19

96	SÉRINGA DE 1,0 ML COM AGULHA 10 X 4,5 CM OU 13 X 3,8 CM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EPIROGÊNICA, EM POLIPROPILENO, ISENTA DE LÁTEX, COM PROTEÇÃO E RETRAÇÃO MANUAL TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO APOS USO, COM TRAVA DE SEGURANÇA IMPOSSIBILITANDO O RETORNO DA AGULHA, EMOLO FIXADO AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO, DESTACÁVEL, CORPO CILÍNDRICA TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK OU LUER SLIP, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHA. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA A DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, ESTÉRIL E EPIROGÊNICA; CONFORME RDC 185/2001; O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU O PRÓPRIO PRODUTO DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO ANVISA/MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	UN	7.000		
Total do Lote:					

LOTE 20

97	SCALP 25 ESTÉRIL ATÓXICO E EPIROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.000		
98	SCALP 27 ESTÉRIL ATÓXICO E EPIROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.500		
99	SCALP 23 ESTÉRIL ATÓXICO E APROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.500		
100	SCALP 21 ESTÉRIL ATÓXICO E APROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	2.500		
101	SCALP 19 ESTÉRIL ATÓXICO E APROGÊNICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	2.500		
102	AGULHA JELCO 24 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	10.000		
103	AGULHA JELCO 22 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	6.000		
104	AGULHA JELCO 20 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	8.000		
105	AGULHA JELCO 18 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	10.000		
106	AGULHA JELCO 16 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.200		
107	AGULHA JELCO 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA EM INOX BI-ANGULADO TRI FACETADO AFIADO CILÍNDRICO SILICONIZADO CÂMARA DE REFLUXO COM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	800		
Total do Lote					

LOTE 21

108	ESPATULA DE AYRE CONFECCIONADO EM MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PÇ	200		
109	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA (PCT C/100 UNIDADES) EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	30		
110	FITA MICROPOROSA CIRÚRGICA MOLDÁVEL A PELE E MICROSCÓPICAMENTE POROSA, RECOBERTO DE ADESIVO ACRÍLICO, COM CAPA 50MMX10M. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE	RL	400		

	VALIDADE.				
111	FITA ADESIVA HOSPITALAR EM PAPEL CREPADO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL 16MMX50M EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	2.200		
112	FITA P/ AUTOCLAVE PARA PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM PAPEL CREPADO COM ADESIVO DE BORRACHA RESISTENTE AO VAPOR, 19MMX30M. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	600	3,97	2.382,00
Total do Lote:					

LOTE 22

113	LUVA CIRÚRGICA 8,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL EM LÁTEX, NATURAL , TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PADRÃO HOSPITALAR DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA A ABERTURA EMBALADO INDIVIDUALMENTE , AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO , EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	PAR	35.000		
114	LUVA CIRÚRGICA 7,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX, NATURAL , TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ASSÉPTICA , PADRÃO HOSPITALAR DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA A ABERTURA EMBALADO INDIVIDUALMENTE , AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PAR	35.000		
115	LUVA CIRÚRGICA 7,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX, NATURAL, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ASSÉPTICA , PADRÃO HOSPITALAR DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA A ABERTURA EMBALADO INDIVIDUALMENTE , AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	PAR	25.000		
116	LUVA LÁTEX P/PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO NÃO ESTÉRIL, NATURAL AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 26 CM COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, DOBRADA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR (CX C/1.000 UNID) CONTENDO EXTERNAMENTE EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	CX	1.500		
Total do Lote:					

LOTE 23

117	IDOPOVIDONA, (POVIDINE DEGERMANTE), SOLUÇÃO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO, EMBALAGEM COM 1000ML. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	50		
118	IDOPOVIDONA, (POVIDINE TÓPICO A 10%), SOLUÇÃO AQUOSA 10MG/ML EM IODO EMBALAGEM; FRASCO COM 01 LITRO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	100		
Total do Lote:					

LOTE 24

119	TUBO, DE DURHAN, EM VIDRO BOROSILICATO NEUTRO, DIMENSÕES DE 5 MM(DIÂMETRO) X 32 MM(COMPRIIMENTO). EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	1.500		
120	TUBO CAPILAR PARA MICRO HEMATÓCRITO, SEM HEPARINA. EMBALAGEM: CAIXA COM 500 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	60		
121	TUBO, DE ENSAIO, PARA CULTURA, EM VIDRO BOROSILICATO, AUTOLAVÁVEL, DIMENSÕES 13 MM (DIÂMETRO) X 100 MM (COMPRIIMENTO), PAREDE REFORÇADA, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO, COM TAMPA, COM BORDA SALIENTE. EMBALAGEM COM CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTENDO Nº DE LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	UN	900		
122	TUBO, DE ENSAIO, EM VIDRO, DIMENSÕES DE 12 MM X 100MM, CAPACIDADE PARA 10ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	700		
123	TUBO, DE ENSAIO, EM VIDRO, DE 12 X 75 MM, CAPACIDADE PARA 5 ML. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	2.500		
				Total do Lote	

LOTE 25

124	PULSEIRA, PARA IDENTIFICAÇÃO, DE ADULTO, EM PLÁSTICO BRANCO, POROSO PARA ESCRITA COM ESFEROGRÁFICA, BORDAS ATRAUMÁTICAS E LACRE GRADUADO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	6.000		
				Total do Lote	

LOTE 26

125	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIA ATÓXICA COM CAPA DE TELA POLIMÉRICA NÚCLEO ABSORVENTE COM A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POUPA DE CELULOSE VIRGEM, COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/08	PCT	10.000		
126	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO ATÓXICA COM CAPA DE TELA POLIMÉRICA NÚCLEO ABSORVENTE COM A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POUPA DE CELULOSE VIRGEM, COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10	PCT	12.000		
127	FRALDA DESCARTÁVEL P/RN TAMANHO PEQUENO ATÓXICA COM CAPA DE TELA POLIMÉRICA NÚCLEO ABSORVENTE COM A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POUPA DE CELULOSE VIRGEM, COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL EMBALAGEM EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/12	PCT	11.000		
				Total do Lote:	

LOTE 27

128	FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIFÉRICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, HIPOALÉRGICO, COMPOSTO POR DORSO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, ADESIVO ACRÍLICO E LINEAR DE PAPEL SILICONIZADO 1 FIXADOR 50MM X 74MM 2 FITAS PARA FIXAÇÃO 74MM X 12MM CADA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (CX C/ 50 UNIDS)	CX	200		
-----	---	----	-----	--	--

129	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, DUPLO LÚMEN, CALIBRE 3FR X 13CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO, DE MATERIAL BIOCMPATÍVEL QUE PERMITA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL E MONITORIZAÇÃO SIMULTÂNEA EM DISTINTOS LUMENS, NÃO GERANDO OCLUSÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE MEDICAMENTOS, DE ALTO FLUXO, COM SAÍDAS SITUADAS EM DEFERENTES PONTOS DO CATETER, EM POLIURETANO, TOTALMENTE RADIOPACO, COM GRADUAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS, PONTA MACIA COM DESIGN EM FORMATO DE CONE, INSERÇÃO POR TÉCNICA DE SELDINGER, FIO GUIA COM PONTA DISTAL EM J E CAPA PROTETORA, AGULHA INTRODUTORA, SERINGA LUER LOCK DE 5CC, COM ASAS PARA FIXAÇÃO E CLAMPS. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC 185/ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITIDA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DO LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 (ANEXO 1, ITENS 32.2, 32.3, 32.5). NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	70		
130	CATETER INTRAVENOSO DE DUPLO LUMEN EM POLIURETANO RADIOPACO, INTRODUZIDA, COM 30CM DE COMPRIMENTO POR VIA PERIFÉRICA, QUE PERMITE ACESSO VENOSO DE LONGA DURAÇÃO, MARCADA A CADA 1 CM, ALERTA INTERMEDIÁRIOS E PROLONGADO INTEGRADO COM 14 CM DE COMPRIMENTO, ACOMPANHA UMA AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL CALIBRE, 2FR/23GA. ACOMPANHA INTRODUTOR. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	UN	50		
131	CATETER DUPLO LUMEM 7FR X 20CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	30		
132	CATETER DUPLO LUMEM 5FR X 13CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	70		
133	CATETER DUPLO LUMEM 4FR X 13CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EM PVC, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	70		
				Total do Lote	

LOTE 28

134	ESPECULO, VAGINAL, COM DUCTO ASPIRADOR, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CAF/LEEP, TAMANHO GRANDE EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, ABERTURA EM PÁTULA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	100		
135	ESPECULO, VAGINAL, COM DUCTO ASPIRADOR, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CAF/LEEP, TAMANHO MÉDIO EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, ABERTURA EM PÁTULA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	700		

136	ESPECULO, VAGINAL, COM DUCTO ASPIRADOR, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CAF/LEEP, TAMANHO PEQUENO EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, ABERTURA EM PÁTULA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	700		
137	ESPECULO, VAGINAL, TAMANHO P, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TRANSPARENTE, COMPOSTO DE FIBRA OPTICA, 02 VALVAS ARTICULADAS COM NO MÍNIMO 110MM DE EXTENSÃO E 29MM DE LARGURA DISTAL, ABERTURA PELA AÇÃO PARAFUSO, DEVE POSSUIR NA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMAÇÃO CILINDRICA DE FIBRA OPTICA COM NO MINIMO 30MM DE EXTENSAO E 5MM DE ALETA. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	7.000		
138	ESPECULO, VAGINAL, TAMANHO M, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TRANSPARENTE, COMPOSTO DE FIBRA OPTICA, 02 VALVAS ARTICULADAS COM NO MÍNIMO 110MM DE EXTENSÃO E 29MM DE LARGURA DISTAL, ABERTURA PELA AÇÃO PARAFUSO, DEVE POSSUIR NA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA OPTICA COM NO MÍNIMO 30MM DE EXTENSÃO E 5MM DE ALETA. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E EPIROGÊNICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	5.000		

Total do Lote

LOTE 29

139	TESTE, BOWIE & DICK, PRONTO PARA TESTAR O SISTEMA DE VÁCUO DA AUTOCLAVE A VAPOR, QUE CONTENHA INDICADOR ESPECIFICO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DO VAPOR, DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO NA BOMBA DE VÁCUO E POSSUIR FOLHA ALERTA QUE REVELE ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O APARELHO, INDICADOR QUÍMICO CLASSE II SEGUNDO ISO 11140-1. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE PACOTE, EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	500		
-----	---	----	-----	--	--

Total do Lote:

LOTE 30

140	TRANSOFIX SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA PARA FLUIDOS ESTÉREIS PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DE USO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FECHADO PARA O PREPARO DE MEDICAÇÕES, SOLUÇÕES COM SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO / INFECÇÃO HOSPITALAR. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.200		
-----	---	----	-------	--	--

141	TORNEIRA 3 VIAS FUNÇÃO: DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO . A TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS CONECTA E CONTROLA O DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE SOLUÇÕES DE TRÊS LINHAS DISTINTAS, DUAS LINHAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSOR) EM SUAS EXTREMIDADES FÊMEA LUER LOCK E UMA TERCEIRA LINHA DE INFUSÃO OU DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER) EM E SUA CONEXÃO MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK. O MANÍPULO SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA - CORPO TRANSPARENTE COM TRÊS EXTREMIDADES DE CONEXÃO (DUAS FÊMEAS LUER LOCK E UM MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK). - MANÍPULO COLORIDO PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO, EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	900		
142	POLIFIX INFUSOR PARA NEONATAL MÚLTIPLO 2 V ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (OBS: ESTE ITEM DEVE SER ESPECÍFICO PARA O USO EM NEONATAL)(SEGUE PARACER DO PROFISSIONAL, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE)	UN	10.000		
143	POLIFIX INFUSOR MÚLTIPLO 2 V ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (A MARCA COMPOJET FOI REPROVADO, CONFORME O PARACER TÉCNICO EXISTENTE NA COPEL)	UN	16.000		
144	EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL PARA SOLUÇÃO VENOSA COM INFUSÃO POR GRAVIDADE, EPIROGÊNICO, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, PONTA PERFURANTE TRI FACETADA, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERICIDA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E COM FILTROS DE POLIMÉRICA, TUBO EXTENSOR EM PVC ATÓXICO COM 1,50CM E PINÇA ROLLER COM CARTA FLUXO E DESCANSO, COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL COM PROTETOR PARA DEDOS E PONTOS DE INFUSÃO AUTO CICATRIZANTE, MESMO APÓS SER PERFURADO DIVERSAS VEZES COM AGULHA CALIBRE 40 X 12 ,NÃO APRESENTE VAZAMENTO, CONECTO INTERMEDIÁRIO LUER LOCK,REVERSÍVEL E ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO OLIMÉR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO FABRICANTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	30.000		
145	EQUIPO MICRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL DE INFUSÃO POR GRAVIDADE, ESTÉRIL, EPIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, LANCETA TRI FACETADA, PERFURANTE, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOBO E BACTERICIDA, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERICIDA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40 M, NA COR AMBAR, PINÇA TIPO ROLETE COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	1.300		

146	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL DE INFUSÃO POR GRAVIDADE, ESTÉRIL, EPIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, LANCETA TRI FACETADA, PERFURANTE, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E BACTERICIDA, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERICIDA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40 M, NA COR AMBAR, PINÇA TIPO ROLETE COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	1.300		
147	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE, PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS COM PENETRADOR DE PONTA PERFURANTE, ADAPTÁVEL EM BOLSAS PLÁSTICAS PARA TRANSFUSÃO, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL EM PVC, CRISTAL, ATÓXICO, COM FILTRO DE SANGUE NA PRIMEIRA CÂMARA COM MALHA DE 170 MICRA, SEGUNDA CÂMARA TAMBÉM FLEXÍVEL COM +/-75 MM DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE COM CORTA-FLUXO E DESCANSO PARA TUBO, DE FÁCIL MANUSEIO E QUE GARANTA E ESTABILIDADE DO GOTEJAMENTO, TUBO EM PVC FLEXÍVEL, CRISTAL COM DIÂMETRO UNIFORME, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE COMPRIMENTO, COM LUVA EM ROSCA E TRAVA RETRÁTIL PARA CONEXÃO EM CONES GÊMEAS, CONECTOR LUER TUBO MACHO LUBRIFICANTE QUE PERMITA A CONEXÃO E DESCONEXÃO DE FORMA SUAVE DOS CONECTORES GÊMEAS, PROTETOR DE CONECTOR LUER QUE GARANTA A ESTABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM TIPO BLISTER DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE DE ABERTURA SUAVE E IMPRESSOS NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	600		
148	EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL C/INJE. LAT PARA SOLUÇÃO VENOSA COM INFUSÃO POR GRAVIDADE, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE CATETER, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40CM E PINÇA ROLLER COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	400		
149	EQUIPO MICROGOTAS, COM BURETA DE 100 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA INFUSÃO PARENTERAL, CÂMARA GRADUADA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100ML GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 1ML, COM ALCA PLÁSTICA PARA SUPORTE, ENTRADA DE AR COM FILTRO BIOLÓGICO E TAMPA DE VEDANTE, INJETOR COM MEMBRANA DE BORRACHA AUTO CICATRIZANTE, COM MICRO GOTEJADOR, TUBO EXTENSOR PROXIONAL, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM 100MM DE COMPRIMENTO AMOLIONADO, PINÇA PLÁSTICA TIPO CHAMP, CONECTOR PLÁSTICO PARA FRASCO DE SOLUÇÕES DO TIPO CÔNICO COM PONTA PERFURANTE, FILTRO DE AR E TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL, TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE A DOBRAS COM COMPRIMENTOS APROXIMADOS 1200MM, INJETOR LATERAL DE PLÁSTICO RÍGIDO COM MEMBRANA EM BORRACHA AUTO CICATRIZANTE, CONECTOR MACHO TIPO LUER SLIP, COM PROTETOR PLÁSTICO REMOVÍVEL E PINÇA ROLETE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	2.200		
Total do Lote:					145.823,00

LOTE 31

150	LAMINA DE BISTURI 24 DE AÇO CARBONO INOXIDÁVEL CX C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	600		
151	LAMINA DE BISTURI 23 DE AÇO CARBONO INOXIDÁVEL CX C/100 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	30		

152	LAMINA DE BISTURI 11 DE AÇO CARBONO INOXIDÁVEL CX C/100 UNID.	UN	30		
-----	---	----	----	--	--

Total do Lote:

LOTE 32

153	PUNCH, PARA BIOPSIA, DESCARTÁVEL, 2.0 MM, ESTÉRIL, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EMBORRACHADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	60		
154	PUNCH, PARA BIOPSIA, DESCARTÁVEL, 3.0 MM, ESTÉRIL, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EMBORRACHADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	60		
155	PUNCH, PARA BIOPSIA, DESCARTÁVEL, 5 MM, ESTÉRIL, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EMBORRACHADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	60		

Total do Lote:

LOTE 33

156	SONDA NUTRE PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10 UNID	PCT	20		
157	SONDA NUTRE PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10 UNID	PCT	20		
158	SONDA NUTRE PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MALEÁVEL, ATÓXICA EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, TRAUMÁTICA SILICONIZADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/10 UNID	PCT	20		

Total do Lote:

LOTE 34

159	CANETAS DE BISTURÍ ELÉTRICO COMPATIVEL COM O MARCA EMAI BP-400 PLUS	UN	20		
160	CANETAS DE BISTURÍ ELÉTRICO COMPATIVEL COM O MARCA DELTRONIX B-6.600 SM	UN	20		
161	CANETAS DE BISTURÍ ELÉTRICO COMPATIVEL COM O MARCA DELTRONIX B-1.600 MP	UN	20		

Total do Lote

LOTE 35

162	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO BOLSA EM PVC RESISTENTE ATÓXICA C/1,40 CM DE COMPRIMENTO , COM INJETOR LATERAL FIXO CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDAS URETRO-VESICAIS COM TAMPAS PROTETORA ESTÉRIL E ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 DESCARTÁVEL CAPACIDADE P 2000 ML , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	6.000		
163	COLETOR URINA E FEZES FRASCO COM TAMPAS EM PVC ESTERILIZADO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	40.000		
164	COLETOR URINA INFANTIL TIPO SACO DESCARTÁVEL 100 ML (FEM. E MASC.) PCT C/ 10 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	600		

Total do Lote

LOTE 36

165	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 4 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	350		
166	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 3, 5 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	350		
167	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 3 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	150		
168	CATETER, UMBILICAL, NEONATAL, PARA USO EM ARTÉRIA E VEIA NEONATAIS, DESCARTÁVEL, RADIOPACO, COM MARCAÇÃO EM CM DE UNICO LUMEN, EM POLIURETANO, 2, 5 FR COM COMPRIMENTO DE 30 A 35 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	150		
Total do Lote:					

LOTE 37

169	CURATIVO TRANSPARENTE DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM MOLDURA E COM FENESTRA PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS E CENTRAIS (4,4CM X 4,4CM) P/ RN. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	900		
170	CURATIVO DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EXTRA FINO CIRCULAR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (4,4CM X 4,4CM) P/ RN.	UN	900		
171	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15 CM X 20 CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EXTRA FINO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	200		
172	CURATIVO DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATÓXICO MALEÁVEL EXTRA FINO CIRCULAR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (5CM X 7CM) COM COMPRESSA	UN	2.000		

173	CURATIVO, TIPO BANDAGEM, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ANTISSÉPTICO HIPOALÉRGICO, COMPOSTAS DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA, MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONIZADO E TECIDO DE POLIESTER, DIÂMETRO DE 2 A 3 CM, PARA USO APOS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. EMBALAGEM ACONDICIONADA DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO.	UN	7.000		
-----	---	----	-------	--	--

Total do Lote:

LOTE 38

174	CATETER, (INTRACATH), PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, MONO LUMEN, CALIBRE 14G X 20CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, DE USO ÚNICO, DE MATERIAL BI COMPATÍVEL EM POLIURETANO, TOTALMENTE RADIOPACO, COM GRADUAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS, COM ASAS PARA FIXAÇÃO E CLAMPS, PONTA MACIA COM DESIGN EM FORMATO DE CONE , DE ALTO FLUXO , QUE PERMITA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL, NÃO GERANDO OCLUSÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE MEDICAMENTOS, QUE PERMITA A INSERÇÃO POR TÉCNICA DE SELDINGER. KIT CONTENDO: 01 FIO GUIA COM PONTA DISTAL EM J E CAPA PROTETORA, 01 AGULHA INTRODUTORA, 01 INTRODUTOR, 01 SERINGA LUER LOCK DE 5CC, 01 LAMINA DE BISTURI. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC 185/ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E COMPONENTES INCLUSOS, Nº. DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº. DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 (ANEXO I, ITENS 32.2, 32.3, 32.5). NA ENTREGA, O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	70		
175	CATETER EPIDURAL 18G ESTÉRIL TRANSPARENTE COM 3 ORIFÍCIOS LATERAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	30		
176	CATETER EPIDURAL 16G ESTÉRIL TRANSPARENTE COM 3 ORIFÍCIOS LATERAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CX C/10 UNID	UN	120		
177	CATETER, INTRAVASCULAR, TIPO INTRACATH, 22GA X 12", DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, RADIOPACO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	50		
178	CATETER EPIDURAL 18G (ESPECIFICA PARA OBESOS) ESTÉRIL TRANSPARENTE COM 3 ORIFÍCIOS LATERAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	10		

Total do Lote:

LOTE 39

179	HEMATOXILINA EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	20		
-----	---	----	----	--	--

180	VASELINA LIQUIDA C/1000ML EMBALAGEM ELÁSTICA REFORÇADA, COM TAMPA LACRADA. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	40		
181	ETER COMERCIAL 35% C/1000ML EMBALAGEM COM TAMPA LACRADA EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	120		
182	FORMOL 10% C/1000ML EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPA LACRADA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	120		
Total do Lote:					

LOTE 40

183	INDICADOR QUÍMICO INTERNO MULTIPARAMÉTRICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. (CX C/ 240 UNIDADES). EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	30		
Total do Lote:					

LOTE 41

184	INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO (PCT C/ 250 UNIDADES). EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	40		
Total do Lote:					

LOTE 42

185	AMINIOTOMO (ROMPEDOR DE BOLSA) EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE..	UN	1.200		
Total do Lote:					

LOTE 43

186	LAMINULA 24 X 32MM DE VIDRO, PARA MICROSCOPIA, ANATOMO PATOLÓGICA, DIMENSÕES 24 X 32 MM. EMBALADAS A VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO; EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	CX	400		
187	LAMINA LISA PARA USO EM MICROSCÓPIO, EM VIDRO TRANSPARENTE, NÃO LAPIDADA 26X76MM (1" X 3") 1MM-1.2MM DE ESPESSURA CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	300		
188	LAMINA FOSCA PARA USO EM MICROSCÓPIO, EM VIDRO TRANSPARENTE, NÃO LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA 26X76MM 1,0 A 1,2MM DE ESPESSURA CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	1.000		
189	LAMINA FOSCA (PONTAS BOLEADAS NAS EXTREMIDADES) PARA USO EM MICROSCÓPIO, EM VIDRO TRANSPARENTE, NÃO LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA 26X76MM 1,0 A 1,2MM DE ESPESSURA CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	40		
Total do Lote:					

LOTE 44

190	BALÃO DE ANESTESIA DE 05L (TIPO BARAKA) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	20		
191	BALÃO DE ANESTESIA DE 03L (TIPO BARAKA) COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	20		
Total do Lote:					

LOTE 45

192	GARROTE (BORRACHA LÁTEX 200), COTADOS EM METROS EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	MT	150,00		
193	BORRACHA DE SILICONE 204 EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PCT C/15 MT.	PCT	500		

Total do Lote:

LOTE 46

194	PRENDEDOR UMBILICAL CLAMP ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO ABERTURA EM PÉTALAS E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	10.000		
-----	---	----	--------	--	--

Total do Lote:

LOTE 47

195	GEL P/ ELETRO (FR C/100ML) EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPA LACRADA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	1.600		
196	GEL P/ULTRASSON (GL C/5 LITROS) EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPA LACRADA EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GL	280		
197	GLICERINA BI DESTILADA (C/1000ML) EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA COM TAMPA LACRADA E EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	120		

Total do Lote:

LOTE 48

198	TIRAS P/ TESTE GLICEMIA, COM BIODENSOR, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 04 MICRO LITROS PARA UTILIZAÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL C/ ÁREA DE SEGURANÇA PARA RETIRAR A TIRA E PROCESSO P/ CAPILARIDADE, PERMITINDO A COLOCAÇÃO DE UMA SEGUNDA GOTTA DE SANGUE NO MESMO TESTE DENTRO DE 15 SEGUNDOS CX C/50 UNID. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (SENDO QUE OS APARELHOS, DEVERÃO VIR JUNTO COM AS TIRAS DE ACORDO A MARCA, CORRESPONDENTE À 20% DAS QUANTIDADES DE TIRAS, SEM CUSTO A F.H.F.S E/OU DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS AO FORNECEDOR), A MARCA ACCU - CHEK NÃO ATENDE AS NECESSIDADES NO SETOR DE NEONATAL, ONDE REQUER UMA MAIOR RETIRADA DE SANGUE DOS RN'S., CONFORME PARECER EXISTENTE NA COPEL.	CX	700		
-----	--	----	-----	--	--

Total do Lote:

LOTE 49

199	ESCOVINHA PARA PREVENTIVO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.E REGISTRO DO FABRICANTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE . (CX C/100 UNID).	CX	250		
-----	---	----	-----	--	--

Total do Lote

LOTE 50

200	CABO DE BISTURI Nº 4, AÇO INOX, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	10		
201	CABO DE BISTURI Nº 3, AÇO INOX, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE., ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	10		

Total do Lote

LOTE 51

202	LENÇOL DE PAPEL 100% FIBRA CELULÓSICA EM TNT TECIDO NÃO TECIDO, HIGIÊNICA HOSPITALAR ROLO C/ 70X50M EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	15.000		
-----	--	----	--------	--	--

Total do Lote

LOTE 52

203	ELETRODO ADULTO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA COM GEL DESTACÁVEL PCT C/ 50 UNID EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	300		
-----	--	----	-----	--	--

Total do Lote:

LOTE 53

204	PLUGUE ADAPTADOR MACHO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO PARA USO S/AGULHA – BIONECTOR EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	100		
-----	--	----	-----	--	--

Total do Lote:

LOTE 54

205	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL. EMBALAGEM: COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	60		
-----	--	----	----	--	--

Total do Lote:

LOTE 55

206	ESPONJA E ESCOVA DESCARTÁVEIS C/ PVPI DETERGENTE CX C/48 UNID. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CX	2.000		
-----	--	----	-------	--	--

Valor Total:

 RAZÃO SOCIAL
 CNPJ
 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
 E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO SERÁ APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 007-2016
--	--------------------

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a), (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº, expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº, residente à rua, nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

_____ de _____ de 2016.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO SERÁ APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 007-2016
--	--------------------

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____, ____ de _____ de 2016.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO SERÁ APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO FHFS Nº. ____/____/____

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA – FHFS E A EMPRESA _____ - MODALIDADE DE LICITAÇÃO – _____.

Contrato que entre si celebram a **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA – FHFS**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob Nº. 40.637.159/0001-36, com sede na Rua da Barra, Nº. 705, Bairro Jardim Cruzeiro - Cep. 44015-430, nesta cidade de Feira de Santana, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Sra. Gilberto Lucas**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade sob Nº. 0911232400-SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob Nº. 963.372.655-72, residente e domiciliada nesta cidade de Feira de Santana, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado à empresa, _____, com sede á _____, nº _____-Cidade _____ - Cep.: _____ – Estado _____, inscrito no CNPJ sob Nº. _____, neste ato representado por sua bastante procuradora _____, brasileiro(a), portador(a) do documento de identidade sob Nº. _____ SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob Nº. _____, à seguir denominada como **CONTRATADA**, adjudicatária vencedora do **Processo de Licitação Nº. ____/____ - Pregão Presencial Nº. ____/____**, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Estadual Nº. 9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES À FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FERIRA DE SANTANA, de acordo com as especificações constantes do Anexo I e II do Edital, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

§1º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

§2º. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos § 1º e 2º do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05.

§3º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura, admitindo-se a prorrogação nos termos do art. 141 e 142 da Lei Estadual 9.433/05.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

O Contratante pagará à Contratada valor R\$ () dividido em tantas parcelas quantas forem as entregas realizadas conforme as cláusulas quinta e nona do presente instrumento.

§1º - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA,

como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
1123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA.	02	2076 – ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA.	33.90.30.99- MATERIAL DE CONSUMO- OUTROS

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.

- §1º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.
- §2º. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPCA do IBGE pro rata tempore.
- §3º. Em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei nº 9.433/05, nas compras para entrega imediata, assim entendida aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

Os preços são fixos e irrevogáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I e II do Edital e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

- a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
- b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
- c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
- d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam

sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

- e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do contrato;
- g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
- h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
- i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
- j) Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
- k) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
- l) Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do fabricante, identificando-a;
- m) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
- n) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

- a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
- b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
- c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO

- 12.6. O prazo de entrega dos bens, a contar da data assinatura do contrato é de 10(dez) meses. Admitindo-se a sua prorrogação nos termos dos Art. 141 e 142 da lei Estadual 9.433/05;
- 12.7. A forma de fornecimento do presente contrato será o de parcelada, conforme vigência do contrato; e deverá ser entregue, através de cronograma de fornecimento devidamente assinado pelo coordenador do setor do almoxarifado do HIPS e encaminhado à empresa com um prazo de 10 dias do recebimento do objeto.
- 12.8. As notas fiscais deverão estar de acordo com os produtos entregues;
- 12.9. Só serão recebidos os produtos conforme especificações do anexo I e II do Edital;
- 12.10. As entregas só poderão ser feitas de segunda a Sexta Feira, das 08h00min às 17h00, com o controle do Setor de Almoxarifado do HIPS – Hospital Inácia Pinto dos Santos.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:

- a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
- b) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando for o caso;
- c) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
- d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
- e) Promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
- f) Esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;
- g) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
- h) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- i) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
- j) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.

Parágrafo único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecução e/ou atraso no fornecimento do objeto licitado, a critério da Administração, estará sujeito o licitante, sem prejuízo das responsabilidades civil e/ou criminal aplicáveis, as seguintes penalidades:

- c) Advertência verbal;
- d) Advertência por escrito;

11.2 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

11.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

- IV - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato.
- V - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;
- VI - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

11.4. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades não sendo prejudiciais a administração Pública e andamento dos serviços.

11.5. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

11.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

11.7. Não tendo sido prestada garantia à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

14.8. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

11.9. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei 9.433/05.

11.10. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei. 9.433/05

11.11. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, por prazo não superior a 02(dois) anos.

11.12. Para a aplicação das penalidades previstas serão, levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 9.433/05.

§º1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.

§º2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 168 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no edital da licitação e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Feira de Santana, ____ de _____ de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 007-2016
--	--------------------

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei Estadual 9.433/05, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Feira de Santana__ __de _____ de 2016.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO SERÁ APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

ANEXO VII

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE**

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 007-2016
---	--------------------

A empresa _____, CNPJ n.º _____, declara à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

_____, _____ de _____, de 2016.

Nome do Representante:
RG e CPF

Nome do Contador:
RG, CPF e CRC

Carimbo da empresa

**RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA**

**OBS: ESTE MODELO SERÁ APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA
LICITANTE**

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 007-2016
---	--------------------

Declaro, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

_____, _____ de _____, de 2016.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO SERÁ APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO/ EMPREGADO PÚBLICO

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 007-2016
---	--------------------

À FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, _____ de _____ de 2016.

Representante legal da Proponente.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO SERÁ APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

LICITAÇÃO Nº 008-2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007-2015

Razão Social: _____

CNPJ Nº _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Tel: _____ Fax: _____

Pessoa para contato: _____

Recebemos, através do acesso à página **www.feiradesantana.ba.gov.br (fhfs)**

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, _____ de _____ de 2016.

Assinatura:

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a FHFS e a licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitações por meio dos **fax (075) 3602-7108** ou e-mail: **licitacao@fhfs.ba.gov.br**.

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.